

Nº EXPEDIENTE: A/SUM-025907/2025

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO (II)

En función de las competencias atribuidas a las mesas de contratación, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

Nº LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	LICITADOR	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
2	Reposición Desfibriladores Obsoletos	AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A. A31568397	No cumple lo indicado en el PPT: en el apartado de "Marcapasos" punto 2.1.45 se especifica lo siguiente: "Periodo refractario aproximado, al menos: 200 ms a 300 ms +/- 3% (en función de la frecuencia)." El periodo refractario efectivo mínimo que se aporta en la documentación es de 150 ms. También existiría incumplimiento respecto al margen superior de 300 ms.
2	Reposición Desfibriladores Obsoletos	ADVANCED MEDICAL SYSTEMS,SL. B84386317	No cumple lo indicado en el PPT: en el apartado de "Marcapasos" punto 2.1.45 se especifica lo siguiente: "Periodo refractario aproximado, al menos: 200 ms a 300 ms +/- 3% (en función de la frecuencia)."
2	Reposición Desfibriladores Obsoletos	HELIANTHUS MEDICAL, S.L. B81933830	No cumple lo indicado en el PPT: En el apartado referente a las baterías de los desfibriladores, en el punto 2.1.47 del PPT, se indica "Batería de bajo peso de iones de litio". Las baterías de su oferta son NiMH;son baterías de Níquel-Metal Hidruro, por lo que no cumple al no tratarse específicamente de baterías de litio.
5	Renovación Microscopio Quirúrgico para ORL	LEICA MICROSISTEMAS S.L.U. B58521147	No cumple lo indicado en el PPT: - En el punto 2.20 del PPT se solicita un "Sistema de aspiración interconstruido en el brazo del microscopio que permita la rápida adaptación de la funda del microscopio mediante un solo botón, totalmente controlado desde la pantalla táctil". El modelo ofertado no cuenta con un sistema de aspiración interconstruido en el brazo del microscopio.

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por: BEJAR MARTINEZ PALOMA
Fecha: 2025.10.10 10:21