

PAS 104-2025 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN MATERNO-FETAL Y MONITORES FETALES PARA LA UNIDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)														TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)		
EMPRESA	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		Monitorización por tecnología impedancia desde la base de telemetría		Transductor Toco MP+sin elementos externos		Comunicación Bidireccional		Telemetrías integradas en los monitores		Carga de tres transductores inalámbricos, así como del sistema de monitorización, sin correas, con una sola telemetría		Monitorización de trillizos de forma inalámbrica con una sola telemetría				
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI 10 Puntos No 0 Puntos	PUNTOS	SINO	PUNTOS	SI 5 Puntos No 0 Puntos	PUNTOS	SINO	PUNTOS	SI 5 Puntos No 0 Puntos	PUNTOS	SINO	PUNTOS		SI 2,5 Puntos No 0 Puntos	PUNTOS
PALEX MÉDICAL, S.A.	862199/8660 74/867062	X		SI	10	SI	5	SI	5	SI	5	SI	2,5	SI	2,5	SI	2,5	30

Firmado por DE MINGO ROMANILLOS LAURA
el día 04/09/2025 con un certificado emitido por
SIA SUB01

JEFA DE SECCIÓN DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA