

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

## EVALUACIÓN PROPUESTAS PARA MONITOR DE CONSTANTES VITALES PARA SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Una vez revisada la información relativa al cumplimiento de prescripciones técnicas sobre un monitor de constantes vitales para la sala de resonancia magnética de EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL, se ha observado lo siguiente:

- **Palex Medical** cumple con las prescripciones técnicas exigidas en dicho expediente. Batería de hasta 16 horas (15 puntos) + garantía ampliada 36 meses más sobre el mínimo de 24 meses (15 puntos). Evaluados los criterios evaluables de forma automática la puntuación obtenida es 30 puntos.
- **Euro-Automation** no cumple con las prescripciones técnicas exigidas en dicho expediente con batería con 6.5 horas de autonomía.
- **Schiller** cumple con las prescripciones técnicas exigidas en dicho expediente. Batería de hasta 8 horas (7.5 puntos) + garantía ampliada 26 meses más sobre el mínimo de 24 meses (10.83 puntos). Evaluados los criterios evaluables de forma automática la puntuación obtenida es 18,33 puntos.

Firmado por GARCIA RAMIRO MARIA -  
\*\*\*8420\*\* el día 13/10/2025 con un  
certificado emitido por SIA SUB01

San Lorenzo de el Escorial, 11 de octubre de 2025