

EXPTE. A/SUM-025173/2025

SUMINISTRO DE UNA TORRE CON VIDEONASOFIBROSCOPIO PARA LA CONSULTA DE ORL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

Informe técnico de cumplimiento

OFERTA 1. SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS:

En los requisitos de la torre se especifica en el punto 2 del pliego técnico: cabezal de cámara HD compatible con estroboscopia.

En la página 8 de la ficha técnica del licitador, se especifica: *ST ENDOSCOPIA se compromete a entregar un cabezal compatible con estroboscopia cuando esté disponible en el mercado, aun en proceso de comercialización.*

La torre ofertada no dispone de ello, por lo que se debería excluir.

OFERTA 2. KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA

En los requisitos de la torre se especifica en el pliego técnico:

- Videorrinolaringoscopio flexible de diámetro máximo de 3,7 mm. Compatibilidad con sistemas de esterilización STERRAD 100S, STERRAD NX, STERRAD 100NX, V-PRO maX y ETO.
- Cabezal de cámara HD compatible con estroboscopia

En la ficha técnica del licitador, en la página 3, no se especifica que el Videorrinolaringoscopio sea compatible.

Además, en la página 4, se especifica que el cabezal es: Compatible con estroboscopia mediante los accesorios siguientes: TP101ES Telepack X 40160033, Pedal para estroboscopia, 40160031 Micrófono para estroboscopia: es decir, precisa de la compra de otro telepack o torre completa.

Por todo ello también se debería excluir.

OFERTA 3. TECNOINNOVA

Cumple con todos los requisitos especificados, y además aporta una garantía de que se incluye el mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal de los equipos durante los primeros 24 meses, tal y como se especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

El autobaremo es correcto.

OFERTA 4. OPTOMIC

En los requisitos de la torre se especifica en el pliego técnico: Sinuscopio 4 mm 30º HD. Autoclavable. Con contenedor para esterilización en autoclave.

En la ficha técnica del licitador, en la página 3, se ofertan un sinuscopio uy un otoscopio de 0º, por lo que se debería excluir.

Fdo. Carolina Bullido Alonso
JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

**BULLIDO
ALONSO
CAROLINA** Firmado
digitalmente por
BULLIDO
ALONSO
CAROLINA -
-
Fecha: 2025.09.12
11:31:41 +02'00'