

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Expediente	PA SUM 23 2025 - A/SUM-031860/2025
Denominación	SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO (CONGELADORES Y REFRIGERADORES) PARA LA DOTACIÓN DE SALAS BLANCAS EN EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRIMERO – LICITADORES

Las empresas que se han presentado a la presente licitación y que han sido aceptadas son:

NIF	EMPRESA
B86683885	HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S.L

SEGUNDO – VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Se procede a valorar las ofertas recibidas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los criterios de valoración han sido establecidos de acuerdo con el artículo 145 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, primando la objetividad de aquellos evaluables mediante fórmulas frente a los basados en juicios de valor y garantizando la igualdad de trato, de forma que no se mida la experiencia de los licitadores sino la calidad de la oferta y, su idoneidad con el objeto final del contrato.

Los criterios de valoración basados en aplicación de fórmulas tendrán una puntuación máxima de 30 puntos según lo establecido en la tabla siguiente

CRITERIOS TÉCNICOS:

N.	Descripción	Puntos
1	Ampliación del plazo de garantía del ultracongelador, congelador -30 y refrigerador en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: Por cada año de garantía por encima de 2, se darán 2,5 puntos hasta un máximo de 10	10
2	Ultracongelador -90º <ul style="list-style-type: none">Si un compresor deja de funcionar, el otro debe mantener la temperatura a -80º.....5 puntosEn caso contrario.....0 puntosSistema integrado de gestión de inventario de muestras en el software de la puerta y en remoto.....5 puntos	10

3	<p>Congelador -30º</p> <ul style="list-style-type: none"> Estantes de acero inoxidable, lisos extraíbles y regulables en altura.....5 puntos Pasamuros (Ø 25 mm) para sensor de usuario externo.....5 puntos 	10
---	---	----

La oferta presentada por cada uno de los licitadores es la siguiente:

Licitador	Ampliación plazo de garantía	Si un compresor deja de funcionar, el otro debe mantener la temperatura a -80º	Sistema integrado de gestión de inventario de muestras	Estantes de acero inoxidable, lisos extraíbles y regulables en altura	Pasamuros (Ø 25 mm) para sensor de usuario externo
HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S.L.	4 años	SI	SI	SI	-

En la tabla siguiente se resume la valoración obtenida por cada una de las empresas licitadoras en criterios evaluables por fórmulas:

Licitador	Ampliación plazo de garantía	Si un compresor deja de funcionar, el otro debe mantener la temperatura a -80º	Sistema integrado de gestión de inventario de muestras	Estantes de acero inoxidable, lisos extraíbles y regulables en altura	Pasamuros (Ø 25 mm) para sensor de usuario externo
HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S.L.	10	5	5	5	-

La puntuación obtenida por el licitador HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S.L. es de 25 puntos.

En Madrid, a fecha de firma de huella

GARCIA SANCHEZ
FELIX - 
 Firmado digitalmente por GARCIA SANCHEZ FELIX -
 Fecha: 2025.09.03 12:30:37 +02'00'

Fdo.: Felix García Sánchez
 Responsable Biología Molecular e Histocompatibilidad