

P.A.S.A HCCR 21/2025-SU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MESILLAS COMBI CON ATRIL PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL CRUZ ROJA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores y los productos por ellos ofertados para la adquisición de **mesillas para el área de hospitalización del Hospital Central Cruz Roja**, conforme a lo descrito en este Pliego, en la que además del precio unitario, se incluyen las características de las mesillas.

Los términos seguidamente descritos en los diferentes apartados, forman parte inseparable del procedimiento y son de igual cumplimiento para todos los licitadores que las descripciones técnicas de los equipos a suministrar o instalar.

2. NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes, en el momento en el que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada, para cada uno de los equipos que oferten.

3. ADQUISICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO

La adquisición, incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se detallan y describen a continuación.

Se entiende por equipo el conjunto completo de la mesilla, con todos los accesorios imprescindibles para un correcto funcionamiento.

DESCRIPCIÓN EQUIPO	Cantidad	Importe sin IVA	Importe con IVA
MESILLAS COMBI CON ATRIL	77	28.875,00 €	34.938,75 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las mesillas.

Las características técnicas particulares para las mesillas ofertadas deberán estar adecuadas a las necesidades del Servicio de destino y al área específica de funcionamiento. Incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento del mismo.

Mesillas Combi con atril

Características mínimas requeridas:

- ✓ Mesilla reversible con estructura en acero con tratamiento anticorrosión y pintura electrostática epoxi.
- ✓ Espacio lateral porta botellas con capacidad para dos botellas de 1,5L. Con barandilla en inox. para evitar caídas de las botellas.
- ✓ Equipada con un estante inferior móvil para su fácil limpieza, **con fondo ventilado** para la evacuación de olores.
- ✓ Estante interior móvil.

- ✓ Materiales no absorbentes y resistentes a los golpes.
- ✓ Acabado resistente a los golpes y a rayado en toda su superficie.
- ✓ Superficies de contacto con cantos y bordes redondeados sin aristas ni superficies cortantes.
- ✓ Cajón con tope anti caída y cierre magnético en posición centrada.
- ✓ **Puertas a ambos lados de la mesilla**, con bisagras interiores de muelle.
- ✓ Posibilidad de colocación a derecha o izquierda de la cama.
- ✓ Los frontales de la puerta y el cajón son acabados en **HPL compacto**.
- ✓ Tablero superior en acabado de **HPL compacto**.
- ✓ Base rodada con discos anti choques y ruedas dobles de 50mm de diámetro carenadas y con sistema de anti pelusas. Equipadas con freno.
- ✓ Gama de colores disponibles:
 - ✓ Pintura cuerpo o elección.
 - ✓ HPL (Fenólico compacto).
- ✓ Dimensiones:
 - ✓ Cuerpo: Largo 535 x Ancho 380 x Alto 730 mm
 - ✓ Totales incluidos paragolpes: Largo 720 x Ancho 420 x Alto 730 mm
- ✓ Atril:
 - ✓ Bastidor de atril en tubo de acero redondo con acabado cromado.
 - ✓ Elevación por cilindro hidroneumático de gas.
 - ✓ **Tablero en MDF hidrófugo recubierto por poli-estireno termo conformado, con reborde** para evitar la caída de la bandeja de comida.
Largo 593 mm x 375 mm de Anchura.
 - ✓ Altura regulable de 91 a 115 cm.

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento de las mesillas.

El adjudicatario se compromete a presentar la documentación necesaria para planificar y coordinar una correcta instalación, si fuera necesario.

El adjudicatario se compromete a presentar en su oferta técnica la descripción de las características del equipo que mejoren la seguridad y confort del paciente.

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

1. Relación y descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, ficha técnica de los mismos u otra información que el licitador considere necesaria, con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas del equipo ofertado.
2. Se deberá cumplimentar la encuesta técnica adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas en formato editable. La ausencia de la misma dará lugar a la exclusión.
3. Los datos contenidos en la Encuesta Técnica deben reflejar fielmente las características del producto que forma parte de la oferta, debiéndose indicar en el caso de no ser parte de la oferta la palabra **OPCIONAL**.
4. Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.
5. Datos técnicos del producto.
6. Compromiso del licitador del tiempo de respuesta ante una solicitud de asistencia técnica (que en ningún caso podrá ser superior a 12 horas en días

laborables y 48 horas en días festivos)

7. Documentación que justifique lo descrito en el apartado "Gestión ambiental, de calidad, prevención de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa", así como compromiso de mantener o mejorar los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato.

La no inclusión de alguno de los documentos anteriormente relacionados, será motivo de exclusión del licitador.

5 CONDICIONES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DE LOS LICITADORES Y/O ADJUDICATARIOS.

5.1 MANUALES

Los adjudicatarios deberán entregar con las mesillas, todos los Manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción, operaciones de manejo y seguridad del paciente.

5.2. GARANTÍAS Y SERVICIO TÉCNICO

Parte esencial de la adquisición será la garantía del equipo por un mínimo de **DOS AÑOS**, valorándose que sea mayor.

La garantía incluirá:

1. La sustitución de las mesillas en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de funcionamiento), en un plazo máximo de 48 horas.
2. Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos, incluidas todas las piezas de recambio.
3. Mantenimiento Técnico-Legal al menos durante el periodo de garantía solicitado (DOS AÑOS)

Sin que se devenguen gastos por mano de obra, dietas, desplazamientos, piezas cuya sustitución sea necesaria.

5.6 GESTIÓN AMBIENTAL, DE CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1. El licitador, deberá aportar, en caso de disponer de ello, certificado del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 o equivalente y de Sistemas de Gestión Calidad (Norma ISO 9001 o ISO 13485) o equivalente. Presentando, en su caso:
 - Acreditación del cumplimiento de normas de garantía de la calidad:
Certificación en gestión de calidad en base a una norma Internacional (ISO 9001, ISO 13485, etc.).
 - Acreditación del cumplimiento de normas de gestión ambiental
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental en base a la Norma ISO 14001 o similar
2. El adjudicatario se compromete a cumplir con todos los requisitos legales vigentes en materia ambiental y de residuos.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

A título meramente orientativo e informativo, se rellenará el ANEXO I. 1 BIS del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (a incluir en el sobre único) indicando el precio unitario, IVA incluido, de todos los accesorios, si los hubiera, con sus referencias comerciales, tanto necesarios como opcionales, para el funcionamiento de las mesillas, así como si son o no exclusivos.

DIRECTORA DE GESTIÓN

Fdo.: Estrella Mas Cebrián

Firmado digitalmente por: MAS CEBRIAN M. ESTRELLA
Fecha: 2025.08.12 18:01

P.A.S.A HCCR 21/2025-SU

ANEXO I
ENCUESTA TÉCNICA

ESTACIÓN DE TRABAJO DE ANESTESIA	
Empresa Licitadora	

Equipo ofertado	
Marca	
Referencia	
Nombre comercial	
Año inicio de comercialización	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO			
	Si/No	Valor	Nº. Pág.
PLATAFORMA:			
Mesilla reversible con estructura en acero con tratamiento anticorrosión y pintura electrostática epoxi.			
Espacio lateral porta botellas con capacidad para dos botellas de 1,5L.			
Equipada con un estante inferior móvil para su fácil limpieza, con fondo ventilado para la evacuación de olores.			
Estante interior móvil.			
Materiales no absorbentes y resistentes a los golpes.			

Acabado resistente a los golpes y a rayado en toda su superficie.			
Superficies de contacto con cantos y bordes redondeados, sin aristas ni superficies cortantes.			
Cajón con tope anti caída y cierre magnético en posición centrada.			
Puertas a ambos lados de la mesilla, con bisagras interiores de muelle.			
Posibilidad de colocación a derecha o izquierda de la cama.			
Los frontales de la puerta y el cajón son acabados en HPL compacto.			
Tablero superior en acabado de HPL compacto.			
Base rodada con discos anti choques y ruedas dobles de 50 mm de diámetro carenadas y con sistema de anti pelusas. Equipadas con freno.			
Gama de colores disponible: <ul style="list-style-type: none"> • Pintura cuerpo a elección • HPL (Fenólico compacto) 			
Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo: Largo 535 x Ancho 380 x Alto 730 mm • Totales incluidos paragolpes: largo 720x Ancho 420 x Alto 730 mm. 			
Atril: <ul style="list-style-type: none"> • Bastidor de atril en tubo de acero redondo con acabado cromado. • Elevación por cilindro hidroneumático de gas. • Tablero en MDF hidrófugo recubierto por poli-estireno termo conformado, con reborde para evitar la caída de la bandeja de comida. Largo 593 mm x 375 mm de Anchura. • Altura regulable de 91 a 115 cm. 			

Diligencia para hacer constar que los datos reflejados en la Encuesta Técnica se corresponden fielmente con las características técnicas del equipo ofertado.

Fecha y firma de la Empresa Licitadora