

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

A/SUM -034172/2025

**ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA CON DESTINO AL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA**

I.- OBJETO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores y los productos por ellos ofertados.

El contrato tiene por objeto la adquisición, de reactivos para el Servicio de Anatomía Patológica para el Hospital Universitario Santa Cristina con las características mínimas descritas en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.- CARACTERÍSTICAS

- Alcohol absoluto.
- Formaldehído a 3.7-4.0 % tamponado a pH 7 y estabilizado con metanol
- Sustituto del Xileno.
- Parafina para fijación tisular. Punto de fusión a 56-58 °, en lentejas o lágrimas
- Filtro de permanganato potásico.
- Bandeja desecho para parafina

III.- CESIÓN DE EQUIPO

El adjudicatario deberá ceder durante el periodo del contrato un procesador de tejidos con las siguientes características:

- Procesador de tejidos vertical con ruedas.
- Sistema herméticamente cerrado control de Temperatura
- Sistema para la extracción de vapores tóxicos con filtro y posibilidad de conexión al exterior o a red de gases de escape del laboratorio, de acuerdo con las normativas vigentes de control de vapores de formol y xileno.
- Cámara/s de procesamiento con capacidad total mínima de 300 muestras/preparaciones que admita cargadores de casetes paraform en carga horizontal en cada sesión de trabajo, fraccionable en varios cestillos o cargadores independientes, permitiendo la carga según requiera las necesidades del laboratorio.
- Adaptación a protocolos libres de xilol.
- Con sistema de control de calidad de los reactivos
- Unidad de control integrada con pantalla LCD táctil de fácil manejo con capacidad para múltiples memorias de diferentes programas de procesado y lavado
- Posibilidad de utilizar reactivos de cualquier marca o fabricante.
- Posibilidad de procesamiento rápido para endoscopias.
- Función inicio retardado libremente programable
- Carga y descarga de parafina.
- Posibilidad de asistencia técnica remota.

- Incluirá un Sistema de Alimentación Ininterrumpido.
- Posibilidad de cambio de todos los reactivos sin necesidad de trasvase manual para evitar intoxicación por vapores

El adjudicatario se encargaría de la formación para el uso del equipo, así como del mantenimiento integral durante la vigencia del contrato.

Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al PASA A/SUM-034172/2025 “adquisición de reactivos para el Servicio de Anatomía Patológica para el Hospital Universitario Santa Cristina” y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Hospital Universitario Santa Cristina

RESUELVE

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición de una torre de anestesia con destino al Hospital Universitario Santa Cristina (A/SUM-034172//2025).

Firmado digitalmente por: VIDAL LACOSTA VÍCTOR
Fecha: 2025.08.08 12:35

El Director Gerente