

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE PLÁSTICO DE CULTIVOS CELULARES Y CITOMETRÍA, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. El Proyecto PI21/00869 ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión Europea. Expediente PAS 37-2025.**

**Pregunta de un licitador:**

Buenos días,

En referencia al lote uno:

¿De qué material deben ser los tubos de 5 ml, poliestireno o polipropileno? ¿Cuál debe ser su diámetro?

¿Están destinados para citometría?

Muchas gràcias.

**Respuesta del técnico:**

5 ml de Polyestileno

12\*75 mm

y son para citometria tanto espectral como convencional