

PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

Resolución de 9 de septiembre de 2025 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se procede a la subsanación de errores en relación con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del P.A.S. 48/2025. Suministro, instalación y puesta en marcha de dos impresoras de casetes para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz. Anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante con fecha 28 de agosto de 2025. Referencia C10301

PRIMERO: Detectados errores materiales en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede a su rectificación.

- Donde dice:

8.2.- Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: **Ponderación**
Hasta 30 puntos

ÍTEM	VALORACIÓN	CRITERIO	PONDERACIÓN
1	Velocidad de impresión es de menos de 3 segundos/cassette.	Sí	10
		No	0
2	Laser frío sin contacto.	Sí	15
		No	0
3	Bandeja de salida con capacidad para al menos 100 casetes.	Sí	5
		No	0
	TOTAL		30

- Debe decir:

8.2.- Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: **Ponderación**
Hasta 30 puntos

ÍTEM	VALORACIÓN	CRITERIO	PONDERACIÓN
1	Formatos de impresión, son con ángulo de 35°, casete con ángulo de 45°	Sí	5
		No	0
2	Bandeja de salida con capacidad para al menos 100 casetes	Sí	15
		No	0
3	Sensor de reconocimiento automático del color del casete	Sí	10
		No	0
TOTAL			30

Se procede a modificar los plazos que se indican, quedando como sigue:

- Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/09/2025 a las 17:59 horas
- Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: 30/09/2025 a las 17:59 horas.
- Apertura de ofertas. Sobre Único: 01/10/2025. No público.

Dicho pliego, debidamente corregido, se podrá obtener en el Portal de la Contratación Pública de la CAM. <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2025.09.09 20:38