

PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUMARIO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la corrección de error aritmético en el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES del Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado 62/2025HUP para el **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA IMPRESORA DE CASETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA**”, del Hospital Universitario de Madrid.

TEXTO

Revisado el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y advertido error aritmético del expediente Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado 62/2025HUP, “**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA IMPRESORA DE CASETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA**”, publicado en el Perfil de Contratante el día 3 de septiembre de 2025, Referencia C10308, se indica la siguiente aclaración:

- **El Anexo IV** publicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares P.A.S.A. 62/2025 no contiene la descripción de los criterios Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas que rige en el expediente y que se describen en la página 6 de dicho PCAP.

Se adjunta Anexo IV correcto y acorde al PCAP, donde debe decir

1. Velocidad de impresión es de menos de 3 segundos/cassette 10 PUNTOS
2. Impresión con resolución de 2500 ppp 10 PUNTOS
3. Laser frío sin contacto 5 PUNTOS
4. Formatos de impresión, son con ángulo de 35°, casete con ángulo de 45°.... 5 PUNTOS

Esta aclaración de acuerdo con el artículo 124 y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 109, no implica la modificación de fechas ni de vencimiento ni de apertura de documentación,

En Madrid a fecha del día de la firma
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO JOSE JULIAN
Fecha: 2025.09.11 14:45

Fdo.: José Julián DÍAZ MELGUIZO

ANEXO IV. DECLARACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (PUNTO 7.2.1 DE LA CLÁUSULA 1 DE ESTE PCAP) (AUTOEVALUACIÓN)

EXPEDIENTE: **P.A.S.A. 62/2025 HUP**, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA IMPRESORA DE CASETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

<u>Concepto</u>	<u>Modo de valoración</u>	<u>Autoevaluación</u>	<u>Nº pág. donde se justifica</u>
1. Velocidad de impresión es de menos de 3 segundos/cassette	SÍ: 10 puntos. NO: 0 puntos.		
2. Impresión con resolución de 2500 ppp	SÍ: 10 puntos. NO: 0 puntos.		
3. Laser frío sin contacto	SÍ: 5 puntos. NO: 0 puntos		
4. Formatos de impresión, son con ángulo de 35°, casete con ángulo de 45°	SÍ: 5 puntos. NO: 0 puntos		