

EXPTE. A/SUM-030456/2025

CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE MESAS QUIRÚRGICA PARA QUIRÓFANO DE TRAUMATOLOGÍA Y QUIRÓFANO POLIVALENTE

Relación de criterios: Total 30 puntos.

JUSTIFICACIÓN

Todos los criterios de adjudicación están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características tales como la calidad de estos productos, funcionalidad, seguridad y están referidos a prestaciones directas de los productos que suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la "Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid", remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica y con un peso del 30% de la puntuación, otorgándose 70% a los relacionados con el precio.

LOTE 1: MESAS QUIRÚRGICAS

1. Mesa con mayor superficie libre de obstáculos para mejorar el acceso del equipo de radiología con arco en C:

- Superficie libre mayor de 1.700mm.....7 puntos
- Superficie libre entre 1.600 y 1.700mm.....3 puntos
- Superficie libre menor de 1.600mm.....0 puntos

Justificación: Lo más importante para los equipos médicos, especialmente en aquellas especialidades que requieran utilizar un aro quirúrgico, es contar con una mesa que permita el uso del arco en C sin restricciones. Por eso se necesita que la superficie útil esté libre de obstáculos. Si el sistema de columna central es muy ancho, se reduce la zona que puede ser radiotransparente, dificultando la toma de imágenes intraoperatorias. Una superficie libre mayor a 1.700 mm permite trabajar cómodamente con el arco en C desde distintos ángulos, mejorando la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

2. Autonomía de la batería:

- Presenta bloques de batería igual o superior a 4 bloques.....5 puntos
- Presenta bloques de batería inferior a 4 bloques0 puntos

Justificación: Una mayor autonomía de batería significa menos interrupciones y mayor fiabilidad en el trabajo diario. Si la batería permite un funcionamiento continuo durante varias semanas, el equipo quirúrgico no tiene que preocuparse por la recarga constante ni por posibles fallos a mitad de una cirugía. Esto también alarga la vida útil de la mesa al no forzar ciclos de carga y descarga tan frecuentes, y da mayor seguridad en contextos donde la demanda quirúrgica es elevada.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

3. La mesa quirúrgica dispone de apoyo directo del chasis al suelo:

- Dispone SI.....5 puntos
- Dispone NO.....0 puntos

Justificación: disponer de un frenado de la mesa que apoya el chasis directamente al suelo cuando la mesa está frenada, proporciona una estabilidad muy superior a las mesas que solo dependen de ruedas con freno. Es especialmente importante en traumatología, donde se manejan cargas pesadas, tracciones o se realizan maniobras que requieren una base firme, incluso cuando la mesa está a gran altura. Esto minimiza el riesgo de movimientos involuntarios y mejora tanto la seguridad del paciente como del equipo quirúrgico.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

4. Todos los movimientos eléctricos se pueden activar hidráulicamente si falla el suministro:

- Se activan SI.....5 puntos
- Se activan NO.....0 puntos

Justificación: Ante un fallo eléctrico, es esencial que la mesa pueda desbloquearse y moverse sin necesidad de alimentación eléctrica. Un sistema hidráulico o manual que permita activar funciones básicas garantiza que se pueda seguir trabajando o, al menos, retirar al paciente con seguridad. Esta funcionalidad es una medida de seguridad crítica en cualquier quirófano, donde los tiempos de reacción son fundamentales.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

5. Presenta un sistema de bloqueo en la placa de cabeza para evitar movimientos no deseados con color diferenciado:

- Presenta SI.....4 puntos
- Presenta NO.....0 puntos

Justificación: La cabeza del paciente es una zona extremadamente delicada. Contar con un sistema que bloquee su movimiento de forma segura y que además tenga un código de color visible evita errores y facilita su manejo durante la cirugía. Esto es especialmente útil en quirófanos polivalentes, donde diferentes equipos pueden intervenir, y es clave garantizar que todos los elementos estén correctamente fijados y sean fácilmente reconocibles.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

6. Incluye un mando de emergencia situado en la columna extraíble con todas las funciones del mando principal:

- Incluye SI.....4 puntos
- Incluye NO.....0 puntos

Justificación: Incorporar un mando de emergencia en la columna extraíble garantiza una respuesta inmediata en caso de fallo del mando principal. Mejora la seguridad del paciente y permite actuar sin demoras. Facilita el acceso del personal desde distintos puntos del quirófano y asegura la continuidad del procedimiento quirúrgico

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

JEFE DE SERVICIO TRAUMATOLOGÍA
P.A. EL DIRECTOR MÉDICO

Firmado digitalmente por: CUCARELLA GALIANA MARCELINO
Fecha: 2025.07.09 13:01