



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE ORTOPANTOMOGRFÍA PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".

N. EXP: A/SUM-026527/2025

EMPRESAS LICITANTES:

- **COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A**
- **KYT IMPLANTES DENTALES, S.L.**
- **SAFEDENT SUMINISTROS MÉDICOS S.L**
- **MASTER DENTAL, S.A**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto simplificado abreviado para el suministro e instalación de un equipo de ortopantomografía para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

Todas las empresas ofrecen el equipo de la marca **Carestream modelo CS 8200 3D**.

1. La oferta de la empresa **KYT IMPLANTES DENTALES** incluye una propuesta de mantenimiento de 3.750 € más IVA. Dicha oferta supera la cantidad máxima establecida en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). En el apartado B5 del PPT se solicita lo siguiente: *"Esta no podrá ser superior al 7% del importe de la oferta presentada IVA incluido"*. Por este incumplimiento se propone su exclusión.
2. Respecto de los criterios de valoración automática, el modelo presentado, el mismo para todas las empresas, cumple solamente el siguiente apartado:
 - Ampliación en modalidad panorámica de al menos 1,2 (\pm 10%) con 7 puntos
3. Ninguna de las empresas licitantes oferta ampliación del periodo mínimo de garantía, de dos años, establecido en el PPT.

EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

