



Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Asistencial de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA INMOVILIZACIÓN, VENDAS Y ESPARADRAPO TEJIDO SIN TEJER CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. Nº exp A/SUM-036532/2025

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.a.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:



INDICE

1.	OBJETO DEL CONTRATO	3
2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS ..	3
3.	CONSIDERACIONES GENERALES:	12
4.	NORMATIVA GENERAL	13

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA INMOVILIZACION, VENDAS Y ESPARADRAPO TEJIDO SIN TEJER CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el **SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA INMOVILIZACION, VENDAS Y ESPARADRAPO TEJIDO SIN TEJER** con destino a los Centros dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS

- Las características técnicas de los productos descritas en el apartado 2. Especificaciones técnicas que deben cumplir los artículos en el presente pliego, se deben entender como mínimas y exigibles, al igual que las condiciones recogidas en el apartado 3. Consideraciones generales relacionadas con el suministro y 4. Normativa general.
- Las características técnicas exigidas serán las que definan con detalle las condiciones técnicas mínimas que debe presentar el producto, más allá de la denominación del lote.
- El material tendrá una fecha de caducidad mínima de 36 meses desde su fecha de fabricación. No aplicable a productos que no requieran caducidad.
- Tanto la fecha de caducidad como el lote de los suministros para los que esta condición sea exigible, estarán indicados en el envase general y en el envase individual del producto, incluido en las muestras presentadas, cuando proceda.
- El envase deberá permitir la identificación del contenido y tendrá el texto en castellano (o será inequívocamente identificable por similitud al castellano). No será necesaria la traducción de la marca comercial o nombre comercial del producto.
- Las instrucciones de uso para profesionales y pacientes, si se requieren, así como las fichas técnicas asociadas al suministro estarán en castellano, al igual que el resto de la documentación, y si han sido traducidas deberán estar correctamente adaptadas al castellano para no dar lugar a interpretaciones, equívocos, o problemas de seguridad al hacer una lectura literal del texto. Tendrán simbología internacional estándar.
- Todo el material suministrado estará exento de Látex, salvo que se solicite lo contrario en las características técnicas de cada producto.
- Las presentaciones objeto de este contrato estarán en perfectas condiciones de uso y se ajustarán a las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
- El envase y el producto de la muestra, serán idénticos a los productos que se suministrarán. Las muestras con pegatinas o etiquetado superpuesto sobre el contenido o sus características, o que no esté impreso convenientemente en cada envase individual no serán válidas.

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	100713	COLLARIN CERVICAL RIGIDO TIPO PHILADELPHIA ADULTO MULTITALLA	<ul style="list-style-type: none"> • Collarín cervical rígido para inmovilizar columna cervical en posición neutra • Multitalla, para adulto cuatro posiciones • Tipo Philadelphia • Cierre lateral con una sola banda de velcro, que asegure la correcta fijación • Compatible con resonancia magnética • Abertura delantera traqueal • Abertura trasera para drenaje de sangre y fluidos • Hipoalérgico • Interior recubierto de espuma para evitar roces y/o daño al paciente • Exento de látex • Envase individual con instrucciones en castellano y pictograma
1	1.2	100714	COLLARIN CERVICAL RIGIDO TIPO PHILADELPHIA PEDIATRICO MULTITALLA	<ul style="list-style-type: none"> • Collarín cervical rígido para inmovilizar columna cervical en posición neutra • Multitalla, para paciente pediátrico con tres posiciones • Tipo Philadelphia. • Cierre lateral con una sola banda de velcro, que asegure la correcta fijación • Compatible con resonancia magnética • Abertura delantera traqueal • Abertura trasera para drenaje de sangre y fluidos • Hipoalérgico • Interior recubierto de espuma para evitar roces y/o daño al paciente • Exento de látex • Envase individual con instrucciones en castellano y pictograma

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.1	100564	FERULA ALUMINIO-ESPUMA TIPO ZIMMER 2X50CM	<ul style="list-style-type: none"> Férula para inmovilización de aluminio maleable mínimo 0,8 mm Interior almohadillado de espuma mínimo 5 mm Ancho de 2 cm \pm 5% Longitud 50 cm \pm 10% Apta para radiología Hipoalergénico Exento de látex
3	3.1	100076	VENDA ESCAYOLA 10CMX2,7M	<ul style="list-style-type: none"> Venda de gasa de algodón 100% con gramaje \geq 23g/m², impregnada de yeso natural en su composición \geq 85%, peso mínimo 400 g/m² Ancho 10 cm \pm 0,3 cm Longitud 2,7 m \pm 0,3 m Reacción exotérmica baja, temperatura durante el proceso de fraguado máxima 60°C Tiempo de fraguado inicial que permite el moldeado, que su intervalo esté dentro del rango comprendido entre en 90 – 360 segundos en agua a 25°C Estructura adaptable a la anatomía del paciente Acabado liso y uniforme Radiotransparente Exento de látex Presentación: envase individual impermeable y hermético

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	100386	VENDA TUBULAR MALLA ELASTICA N/1 DEDO ADULTO	<ul style="list-style-type: none"> • Rollo de malla elástica con base de poliéster y poliamida y/o algodón con elastano o hilo de goma, para la sujeción de apósitos • Punto tubular sin costuras • Elasticidad trasversal y horizontal • Ancho en reposo: 1 -1,8 cm • Longitud mínima 25m • Que permita el corte a lo ancho y lo largo sin que pierda estructura • Estructura distensible para adaptarse a la anatomía del paciente • Compresión regular en toda la superficie • Transpirable al vapor de agua y al aire • Hipoalergénica • Inalterable con la absorción de fluidos • No deshilachable • Exento de látex • La talla y los metros deberán especificarse en el envase individual • Presentación: envase individual

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.2	100347	VENDA TUBULAR MALLA ELASTICA N/2 MANO ADULTO	<ul style="list-style-type: none"> • Rollo de malla elástica con base de poliéster y poliamida y/o algodón con elastano o hilo de goma, para la sujeción de apósitos • Punto tubular sin costuras • Elasticidad trasversal y horizontal • Ancho en reposo: 2-2,45 cm • Longitud mínima 25 m • Que permita el corte a lo ancho y lo largo sin que pierda estructura • Estructura distensible para adaptarse a la anatomía del paciente • Compresión regular en toda la superficie • Transpirable al vapor de agua y al aire • Hipoalérgica • Inalterable con la absorción de fluidos • No deshilachable • Exento de látex • La talla y los metros deberán especificarse en el envase individual • Presentación: envase individual

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.3	100345	VENDA TUBULAR MALLA ELASTICA N/4 PIERNA-MUSLO PEQUEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Rollo de malla elástica con base de poliéster y poliamida y/o algodón con elastano o hilo de goma, para la sujeción de apósitos • Punto tubular sin costuras • Elasticidad trasversal y horizontal • Ancho en reposo: 3-4 cm • Longitud mínima 25 m • Que permita el corte a lo ancho y lo largo sin que pierda estructura • Estructura distensible para adaptarse a la anatomía del paciente • Compresión regular en toda la superficie • Transpirable al vapor de agua y al aire • Hipoalergénica • Inalterable con la absorción de fluidos • No deshilachable • Exento de látex • La talla y los metros deberán especificarse en el envase individual • Presentación: envase individual

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.4	100348	VENDA TUBULAR MALLA ELASTICA N/6 MUSLO GRUESO	<ul style="list-style-type: none"> • Rollo de malla elástica con base de poliéster y poliamida y/o algodón con elastano o hilo de goma, para la sujeción de apósitos • Punto tubular sin costuras • Elasticidad trasversal y horizontal • Ancho en reposo: 5 - 6,95 cm • Longitud mínima 25 m • Que permita el corte a lo ancho y lo largo sin que pierda estructura • Estructura distensible para adaptarse a la anatomía del paciente • Compresión regular en toda la superficie • Transpirable al vapor de agua y al aire • Hipoalérgica • Inalterable con la absorción de fluidos • No deshilachable • Exento de látex • La talla y los metros deberán especificarse en el envase individual • Presentación: envase individual

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.5	100369	VENDA TUBULAR MALLA ELASTICA N/8 TRONCO MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> • Rollo de malla elástica con base de poliéster y poliamida y/o algodón con elastano o punto de goma, para la sujeción de apósitos • Punto tubular sin costuras • Elasticidad trasversal y horizontal • Ancho en reposo 7- 8,4 cm • Longitud mínima 25 m • Que permita el corte a lo ancho y lo largo sin que pierda estructura • Estructura distensible para adaptarse a la anatomía del paciente • Compresión regular en toda la superficie • Transpirable al vapor de agua y al aire • Hipoalergénica • Inalterable con la absorción de fluidos • No deshilachable • Exento de látex • La talla y los metros deberán especificarse en el envase individual • Presentación: envase individual

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.1	100161	ESPARADRAPO TEJIDO SIN TEJER 10CMX10M ELASTICO	<ul style="list-style-type: none"> • Esparadrapo blanco de tejido sin tejer • Se presenta adherido sobre papel protector siliconado precortado longitudinalmente, que permite su retirada de una sola vez en láminas completas y sin dejar fragmentos • Ancho 10 cm \pm 5% • Longitud 10 m \pm 10% • Función adhesiva sobre la piel • Con adhesivo hipoalergénico por una sola cara, distribuido uniformemente por toda la superficie • Elástico a la tensión pero que mantenga la misma estructura al cortarlo con tijera • Estructura adaptable a la anatomía del paciente • Fijación uniforme, lisa y sin arrugas o burbujas en su colocación sobre la piel • Retirada atraumática de la piel, sin provocar daño y sin dejar residuos • Poroso, transpirable al aire y al vapor de agua. • Repele líquidos por la cara externa • Exento de látex • Presentación de envase individual

3. CONSIDERACIONES GENERALES:

Durante toda la vigencia del contrato aplican las siguientes consideraciones generales relacionadas con el suministro:

- El adjudicatario se responsabiliza y asume frente a la Gerencia el compromiso de garantizar en todo momento el suministro permanente, continuo e ininterrumpido, de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las necesidades de la Institución.
- El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención al cliente con personas de referencia identificadas para atender cualquier reclamación, duda, o necesidad de gestión logística de pedidos y/o servicio técnico, informando, si se requiriese, de los indicadores de calidad de servicio prestado a esta Gerencia, como tiempos de respuesta, tiempos de resolución satisfactoria de incidencias, etc. Se facilitará número de teléfono y dirección de e-mail de las personas de contacto que se mantendrán actualizados, así como horarios de atención al cliente y compromisos de tiempos de respuesta/tiempos de resolución de incidencias.
- Los pedidos que se realizarán por la Gerencia al adjudicatario podrán tener distintas direcciones de entrega en el mismo pedido, es decir, que la cantidad de unidades totales de un pedido, se entregarán en las distintas direcciones de entrega que se especifique en el propio pedido, donde se indicarán el número de unidades por destino.
- Un mismo pedido podrá constar de entregas parciales programadas en el tiempo, siendo dichas fechas las que se considerarán a efectos de cumplimiento del plazo de entrega.
- Todos los artículos que por su volumen y movilización lo requieran, se han de entregar paletizados en palets europeos (1200 x 800 mm) de madera con una altura máxima del bulto de 1,70 m.
- El material, en el momento de su entrega, presentará una fecha de caducidad de 30 meses como mínimo, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del adjudicatario. No aplicable a productos que no requieran caducidad.
- El Adjudicatario dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso. El tiempo de respuesta, de obligado cumplimiento, para efectuar la retirada de ese material será inferior a las 48 horas desde la notificación, incluido en el precio ofertado. Así mismo, el adjudicatario tiene la responsabilidad de la eliminación de dichos materiales cumpliendo la normativa vigente en materia medioambiental y de gestión de residuos que le pudiera aplicar.
- En el mismo momento de la retirada, se procederá a la entrega de las mismas unidades de material en las condiciones aceptadas por el adjudicatario en este pliego, considerándose a partir de ese momento, de no restituir el material objeto del pedido, retraso en la entrega del pedido, pudiéndose aplicar las penalidades que pudieran derivarse de este incumplimiento y recogidas en los pliegos.
- En los casos en los que el adjudicatario sea conocedor de la imposibilidad de cumplir con sus compromisos contractuales de suministro, en los tiempos y formas acordados, pondrá en conocimiento dicha circunstancia de forma inmediata al órgano de contratación, al interlocutor del contrato y a sus interlocutores habituales con los que gestiona los pedidos de suministros. Estará obligado a emitir por escrito las notificaciones que le sean solicitadas en relación con ello.
- En caso de un cambio de referencia por mejora del producto u otros motivos, el adjudicatario tiene la obligación de ofrecer una alternativa de igual o superior calidad a la adjudicada, previa conformidad de la Gerencia, sin coste adicional, y cuya pertinencia se valorará siempre que la nueva referencia cumpla las características técnicas exigidas en el pliego y puntúe al menos con los mismos puntos en los criterios de valoración de la referencia a sustituir, si los hubiera.
- Criterios medioambientales: Las prescripciones técnicas se definen aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la medida que tengan relación con el objeto del contrato y atendiendo a la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Por ello, y en base a esta normativa, se solicita el cumplimiento de las prescripciones relacionadas con la gestión de residuos y el reciclaje, mediante la **retirada de todos los embalajes terciarios y secundarios** que sea posible, y se exija,

para los productos objeto del suministro, y que en la fabricación de los productos objeto del contrato **no se hayan empleado sustancias tóxicas** para el medio ambiente. Se exige el cumplimiento de toda la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al suministro, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando a la Gerencia Asistencial de Primaria de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

4. NORMATIVA GENERAL

1. Todo el material ofertado, que por su clasificación lo precise (no aplica a Clase I), tendrá Marcado CE Certificado por organismo notificado, de acuerdo, según aplique, con el reglamento UE 2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios, y que estará vigente (Reglamento UE 2023/607).
2. Todo el material ofertado que por su clasificación lo precise, tendrá Declaración de Conformidad del fabricante, donde se indique que sus productos son conformes con los requisitos esenciales que les resultan de aplicación.
3. Cumplirá la Norma UNE-EN ISO 15223-1:2021 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar con la información a suministrar por el fabricante. Parte 1: Requisitos generales (Norma europea EN ISO 15223-1:2021, Norma Internacional ISO 15223-1:2021) o equivalente, cuando sean de aplicación, en función del producto solicitado.

OTRA NORMATIVA: en los lotes que corresponda
UNE-EN ISO 10993-10:2023 o equivalente. Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de sensibilización cutánea. (ISO 10993-10:2021).

Madrid,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

LA VICECONSEJERA DE SANIDAD
P.D. (Resolución 342/2021, 13 septiembre)
El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales
de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Firmado digitalmente por: CHACON SANCHEZ MOLINA FRANCISCO JAVIER
Fecha: 2025.10.07 08:09