

EXPEDIENTE PASA 2025-7-205

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO PORTÁTIL DE FLUORESCENCIA DE VERDE INDOCIANINA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

INFORME TÉCNICO

PROVEEDOR: BIOCABLAN S.L.

LOTE ÚNICO: EQUIPO PORTATIL DE FLUORESCENCIA DE VERDE INDOCIANINA

- ☒ El equipo registra la fluorescencia emitida por los tejidos cuando es excitado mediante la fuente de luz de longitud de onda del verde de indocianina (infrarrojo cercano). La luz fluorescente resultante es detectada por la cámara y se muestra en el monitor del equipo o en la pantalla de este.
- ☒ Sistema de Imágenes compacto y fácil de transportar.
- ☒ Posibilidad de añadir brazo con aplicador para quirófanos.
- ☒ Manejo mediante cámara o pantalla táctil.
- ☒ Tiempo de arranque rápido.
- ☒ Carro para la organización del equipo y accesorios que incluya un sistema integrado con monitor y brazo / imagen de fluorescencia y monitor / grabador externo para grabación oficial con datos del paciente.
- ☒ Memoria interna, al menos de 20GB.
- ☒ Función de grabación de vídeo y foto.
- ☒ Debe incluir, al menos 10 kits, cada uno compuesto por: 1 tarjeta IG (tarjeta de calibrado) y 1 funda estéril para uso en quirófano.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS: Sí.

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE 2 AÑOS: Sí.

CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: Sí.

En Madrid, a 15 de octubre de 2025

Firmado por GÓMEZ GARVÍN ALEJANDRO -
* [REDACTED] el día 15/10/2025 con un
Fdo.: certificado emitido por SIA SUB01

Ingeniería, Equipamiento y Alta Tecnología

Firmado digitalmente Dr. Javier
Buendía

Fdo.:

Jefe del Servicio de Cirugía Plástica