

A/SUM-036443/025

CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO DE DOS MICROTOMOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Relación de criterios: Total 30 puntos.

JUSTIFICACIÓN

Todos los criterios de adjudicación están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características tales como la calidad de estos productos, funcionalidad, seguridad y están referidos a prestaciones directas de los productos que suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la "Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid", remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica y con un peso del 30% de la puntuación, otorgándose 70% a los relacionados con el precio.

Los criterios técnicos definidos en este pliego responden a la necesidad de dotar al laboratorio de anatomía patológica con equipamiento que facilite el trabajo diario, mejore la calidad de las muestras y garantice la seguridad y eficiencia del personal.

MICROTOMOS

1. Un único portacuchillas de perfil alto y bajo:

- Presenta SI3 puntos
- Presenta NO.....0 puntos

Justificación: Contar con un equipo que permita utilizar diferentes perfiles de cuchillas, que se adapten a las características de los distintos tipos de tejidos y necesidades específicas, aumentando la precisión de corte. Esto mejora la calidad de las secciones histológicas, optimiza el uso de las cuchillas y contribuye a obtener muestras más precisas para el diagnóstico.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

2. Sistema de equilibrio de fuerzas ajustable con compensación de fuerza gravitatoria:

- Presenta SI20 puntos
- Presenta NO.....0 puntos

Justificación: El sistema de compensación de fuerza gravitatoria permite al personal técnico, principalmente, cuando se utilice el micrótopo de forma manual, un manejo suave del volante facilitando el corte, lo que acorta los tiempos de la obtención de secciones y se traduce en un uso más ágil y seguro.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

3. Extracción de la cuchilla desechable a través de un eyector que evita la manipulación por parte del usuario para prevenir cortes:

- Permite SI.....5 puntos
- Permite NO.....0 puntos

Justificación: La posibilidad de extraer la cuchilla de manera automática evita el contacto directo con la misma evitando accidentes de corte del personal técnico especialista en Anatomía Patológica. Esta característica mejora la seguridad laboral del personal técnico.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

4. Pinza de enfriamiento rápido de la muestra que mantenga el bloque a 20°C por debajo de la temperatura ambiente:

- Permite SI.....2 puntos
- Permite NO.....0 puntos

Justificación: La posibilidad de enfriar la muestra de manera rápida y mantenerla fría, permite obtener cortes de manera casi inmediata y cortar secciones de manera uniforme y continua. Esta característica facilita el flujo de trabajo, mejorando la calidad de la muestra y ahorrando tiempo.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

SUBDIRECTORA MÉDICA

Firmado digitalmente por: MORAL MORALED A CRISTINA
Fecha: 2025.08.29 12:24