

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P.A.S.A. 63/2025 HUP

ENDOPRÓTESIS A MEDIDA PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMA Y DISECCIONES DE AORTA TORÁCICA

Lo te	Bien/Producto	Can- tidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA 10%	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	<b>LOTE 1: ENDOPRÓTESIS A MEDIDA PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMA Y DISECCIONES DE AORTA TORÁCICA</b>						
1.1.	ENDOPRÓTESIS PARA ARCO AÓRTICO A MEDIDA (201711)	1	Ud.	25.000,00 €	2.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
1.2.	ENDOPRÓTESIS AORTA TORÁCICA PARA DISECCIÓN COMPONENTE PROXIMAL (201695)	1	Ud.	10.500,00 €	1.050,00 €	11.550,00 €	11.550,00 €
1.3.	ENDOPRÓTESIS AORTA TORÁCICA CON VARIAS CONFIGURACIONES (201696)	1	Ud.	6.000,00 €	600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
1.4.	ENDOPRÓTESIS TORACO-ABDOMINAL A MEDIDA CON RAMAS (201702)	1	Ud.	14.999,00 €	1.499,90 €	16.498,90 €	16.498,90 €

**LOTE 1.1.: ENDOPRÓTESIS PARA ARCO AÓRTICO A MEDIDA:**

- Malla con stent de acero inoxidable recubierta de poliéster.
- Reposicionable antes de su liberación definitiva.
- Posibilidad de ramas internas y/o fenestraciones y/o scalops.
- Marcadores de oro radiopacos para visualizar la orientación de las fenestraciones/ramas, bordes proximal y distal y disposición anterior o posterior.
- Posibilidad de diferentes configuraciones.
- Sistema de introducción incorporado compatible con guía 0,035 con banda radiopaca y válvula hemostática.
- Liberación secuencial por guías.

**LOTE 1.2.: ENDOPRÓTESIS AORTA TORÁCICA PARA DISECCIÓN COMPONENTE PROXIMAL:**

Endoprótesis de aorta torácica con indicación para el tratamiento de la disección de aorta tipo B.

Características:

- Malla con stent de acero inoxidable recubierta de poliéster porosidad de 350 ml/min/cm<sup>2</sup>.
- Con marcas radioopacas en extremo distal y proximal.
- Sistema de liberación controlada. Con guías internas de seguridad que sujetan la prótesis en extremos proximal y distal.
- Configuración recta diámetro proximal y distal de 22 a 42 mm., longitudes de 79 a 218 mm.
- Configuración conificada 4 mm. diámetro proximal de 32 a 42 mm. distal de 28 a 38 mm., longitudes de 154 a 210 mm.
- Configuración conificada 8 mm. diámetro proximal de 32 a 42 mm. distal de 24 a 34 mm., longitudes de 156 a 210 mm.
- Montada en introductor hidrofílico y con banda radiopaca, 72 cm. de longitud y con válvula hemostática de 11 cm.
- Diámetros de introductor 20 o 22 fr de diámetro interno, compatible con guía 0,035.

**LOTE 1.3.: ENDOPRÓTESIS AORTA TORÁCICA CON VARIAS CONFIGURACIONES:**

Endoprótesis para aorta torácica descendente de poliéster sobre malla con stents de nitinol.

Características:

- Configuración proximal con stent libre proximal y/o distal.
- Posibilidad de triple stent de sellado proximal.
- Alta flexibilidad y conformabilidad para la anatomía específica de la aorta torácica descendente proximal.
- Posibilidad de reposicionamiento.
- Variedad de longitudes.
- Sistema de introducción de bajo perfil hidrofílico.
- Marcas radioopacas en los extremos.



**LOTE 1.4.: ENDOPRÓTESIS TORACO-ABDOMINAL A MEDIDA CON RAMAS:**

- Malla con stent de acero inoxidable recubierta de poliéster.
  - Reposicionable antes de su liberación definitiva.
  - Posibilidad de ramas internas y externas.
  - Marcadores de oro radioopacos para visualizar la orientación de las ramas, bordes proximal y distal y disposición anterior o posterior.
  - Posibilidad de diferentes configuraciones
  - Sistema de introducción incorporado compatible con guía 0,035 con banda radiopaca y válvula hemostática.
- Componentes:
- Endoprótesis toracoabdominales a medida con ramas solo o combinado con fenestraciones.
  - Endoprótesis toracoabdominales a medida o con posibilidad de fenestraciones precanuladas.
  - Endoprótesis toracoabdominales a medida con fenestraciones.
  - Endoprótesis toracoabdominal con ramas estándar.
  - Endoprótesis toracoabdominal con fenestraciones.

Al presente pliego le será de aplicación la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM número 97, de 24 de abril.

Madrid, a fecha de la firma

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO  
FECHA Y FIRMA

EL JEFE DE SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR  
P.A. LA FACULTATIVA ADJUNTA

Fdo.: Dra. Sara GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Firmado por GONZALEZ SANCHEZ SARA -  
[REDACTED] el día 09/09/2025 con un  
certificado emitido por SIA SUB01