

Expediente: **A/SUM-031668/2025**

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, CON DESTINO A LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL.

INFORME TÉCNICO

Una vez examinadas las ofertas técnicas presentadas, resulta lo siguiente:

- La oferta de la empresa **STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN, S.L.** cumple las prescripciones técnicas.
- La oferta de la empresa **STERIS IBERIA, S.A.** no cumple con las prescripciones técnicas relacionadas en el pliego técnico del expediente, concretamente:

1. Conexión Ethernet.

El equipo AWD655-15AD no cuenta con una interfaz Ethernet incorporada, lo que incumple el requisito básico de cumplimiento establecido en el pliego técnico: *“El equipo debe disponer de conexión a Ethernet que permita la descarga de ciclos y alarmas sin necesidad de software adicional”* (página 2 del pliego técnico). El dispositivo de memoria USB o adaptador externo “USB flash drive tipo Ethernet” no es equivalente a una conexión Ethernet, ya que no permite la conexión a la red de manera directa

2. Compartimento para productos químicos:

El equipo ofertado cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 garrafas, lo que supera la cantidad máxima de 3 garrafas solicitada en el pliego de características técnicas (página 2 del pliego).

Lo que se comunica a los efectos procedentes.

Firmado por MARCIEL MAYOR
MARIA TERESA - ***2067** el
día 13/11/2025 con un
certificado emitido por SIA
SUB01

Fdo.: María Teresa Marciel Mayor