

INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y MONITORIZACIÓN FUNCIONAL PULMONAR EN PACIENTES CRÍTICOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2025-0-032

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos un listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

LOTE 1. RESPIRADOR INVASIVO

Cumplimiento de especificaciones técnicas:

PALEX MEDICAL S.A – Se revisa la oferta presentada y se comprueba que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS, SL – Se revisa la oferta presentada y se comprueban las siguientes irregularidades:

- En el ppt se exige “*El sistema de generación de flujo deberá basarse en presión suministrada desde red hospitalaria (aire y oxígeno), sin emplear turbina interna ni compresores integrados*”, la oferta presentada por la empresa, se comprueba que el equipo tiene turbina incorporada, aunque pueda trabajar con la presión suministrada desde la red hospitalaria, se solicita específicamente que no disponga del componente de la turbina, por lo que no estaría cumpliendo con este requerimiento.
- En el ppt se exige “*Sensor de O2 paramagnético*” y en la documentación aportada por la empresa en la pag.8 de las especificaciones técnicas, como en la pag. 47 y 253 del manual de usuario, indica que el equipo dispone de sensor O2 químico, por lo que no cumpliría con lo que se exige en el ppt.

Por todo ello, la oferta presentada debería ser excluida, ya que no cumple con lo exigido en el PPT.

Criterios evaluables de forma automática por la aplicación de fórmulas:

En el pliego de cláusulas administrativas particulares, se presentaba esta asignación de puntos automática con su correspondiente justificación para poder ser evaluada.

	CALIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO PROPUESTO	PTOS
Lote 1: RESPIRADOR INVASIVO	Proporcionar un flujo máximo de hasta 150 lpm en la modalidad de Alto Flujo. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Si 15 puntos </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> No 0 puntos </div>	15
	Calorimetría indirecta integrada controlada desde la interfaz del respirador, sin necesidad de sensor de flujo adicional, mediante sensor paramagnético de alta precisión, permitiendo el cálculo automático de VO ₂ , VCO ₂ , RQ, REE y FRC, gestionado desde la misma interfaz del equipo. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Si 15 puntos </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> No 0 puntos </div>	15

La empresa **PALEX MEDICAL S.A** presenta una documentación válida y justificativa de tales criterios, lo que avala la consecución de los puntos correspondiente a tales criterios.

El recuento de puntos para cada empresa queda recogido en la siguiente tabla:

EMPRESA	FLUJO 150 LPM		CALOLIMETRIA INDIRECTA		TOTAL
PALEX	Si	15 Pts.	Si	15 Pts.	30 Puntos

LOTE 2. TOMOGRAFO

Cumplimiento de especificaciones técnicas:

PALEX MEDICAL S.A – Se revisa la oferta presentada y se comprueba que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

Criterios evaluables de forma automática por la aplicación de fórmulas:

En el pliego de cláusulas administrativas particulares, se presentaba esta asignación de puntos automática con su correspondiente justificación para poder ser evaluada.

Lote 2: TOMOGRAFO	Monitorización continua de la perfusión pulmonar integrada en el software del monitor, sin requerir software adicional, sin interrupción del ciclo respiratorio (pausa respiratoria o apnea), de forma no invasiva y sin la necesidad de administrar soluciones salinas al paciente, mediante tecnología basada en el análisis de la pulsatilidad. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Si 15 puntos </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> No 0 puntos </div>	15

	<p>Los cables del cinturón reutilizable de paciente deberán de estar separados en dos unidades, izquierda y derecha.</p> <p style="text-align: center;"> Si 15 puntos No 0 puntos </p>	15
--	---	----

La empresa **PALEX MEDICAL S.A** presenta una documentación válida y justificativa de tales criterios, lo que avala la consecución de los puntos correspondiente a tales criterios.

El recuento de puntos para cada empresa queda recogido en la siguiente tabla:

EMPRESA	MONITORIZACIÓN		CABLES REUTILIZABLES		TOTAL
PALEX	Si	15 Pts.	Si	15 Pts.	30 Puntos

En Madrid, a día de la fecha.

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO
Fecha: 2025.10.28 13:36

Fdo. Alvaro Gamero Navarro

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: