

ORDEN DE INICIO

Exp.: INV PASPC 2025-I-47 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS MICROTOMOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

D^a. MARÍA ZITA QUINTELA GONZÁLEZ, DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

CONSIDERANDO

La Memoria Justificativa para la adquisición del **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS MICROTOMOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA**, emitida por la Jefa de Contratación, como unidad tramitadora del mismo, con fecha 27 de agosto de 2025

ORDENA

EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de acuerdo a las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro, instalación y puesta en servicio de **DOS MICROTOMOS** para la correcta actividad del asistencial del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Getafe.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 99 de la LCSP.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

Se estima la forma de tramitación y el procedimiento más adecuado para este contrato según los artículos 131.2 y 159 de la LCSP.

Tramitación: ordinaria

Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO, PLURALIDAD DE CRITERIOS

CLASIFICACIÓN QUE SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES:

No se exige clasificación empresarial.

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Persiguiendo obtener la oferta con mejor relación calidad precio, se propone como más conveniente y adecuado, el sistema de adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO con pluralidad de criterios para la selección del contratista, con el fin de garantizar que la contratación del presente expediente se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, de publicidad y transparencia, y de garantizar la no discriminación e igualdad de trato de los licitadores, con la salvaguarda del cumplimiento de condiciones especiales de formación de personal y las orientaciones medioambientales con el objetivo de realizar una eficiente utilización de los recursos económicos, salvaguardar la libre competencia y garantizar la elección de la oferta con mejor relación calidad precio, y los siguientes criterios de valoración:

- Criterios relacionados con los costes:
Precio de los productos: 70%

$$P = M \times ((A-B)/(A-C))^{(1/6)}$$

M: Máxima puntuación del criterio.

A: Presupuesto Base Licitación.

B: Presupuesto Ofertado

C: Presupuesto Ofertado más bajo.
P: Puntuación de la oferta

La fórmula económica que se ha propuesto en el criterio precio de este expediente valora las ofertas económicas cumpliendo los siguientes requisitos: recibirá la mayor puntuación la oferta que contenga el precio inferior y la menor puntuación la oferta que contenga el precio superior, recibiendo 0 puntos la oferta que iguale al precio de licitación; el resto de los puntos se repartirá atendiendo proporcionalmente al ahorro que cada proposición, suponga para el órgano de contratación (se obtendrá mayor puntuación, cuanto menor sea el importe de la oferta).

Por tanto, el modelo propuesto permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al de control de gasto y de eficiencia de los fondos públicos

- Criterios cualitativos: **30%**

1. Equipo automático con control remoto Bluetooth Wireless (esta presentación facilita el flujo de trabajo al permitir el corte automático con control desde cualquier zona de laboratorio por el personal técnico)

Cumple criterio..... 7 puntos
No cumple el criterio.....0 puntos

2. Pantalla LCD táctil a color SAKURA (facilita el procesamiento por el técnico al permitir identificar fácilmente la velocidad y grosor de los cortes del micrótopo)

Cumple criterio..... 5 puntos
No cumple el criterio.....0 puntos

3- Mejora del avance horizontal de la muestra: inferior a 15mm (función importante para impedir el corte excesivamente profundo de la muestra diagnóstica)

Cumple criterio..... 5 puntos
No cumple el criterio.....0 puntos

4- Orientación del ángulo de corte-con placa autoalineadora de corte (esa prestación fundamental para optimizar la utilización de material tumoral escaso para estudios auxiliares como la inmunohistoquímica o los estudios moleculares, mejorando la seguridad del paciente.)

Cumple criterio..... 6 puntos
No cumple el criterio.....0 puntos

5- Carrera vertical > 65 mm (es importante para el corte adecuado de macrobloques)

Cumple criterio..... 2 puntos
No cumple el criterio.....0 puntos

6- Retracción de la muestra: ajustable de 5 a 100 µm en pasos de 5 µm (importante función para el corte adecuado de muestras endoscópicas y otras muestras pequeñas).

Cumple criterio..... 5 puntos
No cumple el criterio.....0 puntos

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los licitadores deberán presentar declaración responsable de cumplimiento de alguna de las condiciones siguientes, relacionadas con el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 202 en el sentido del artículo 145.6 de la LCSP, en el momento de la licitación:

- Que la empresa cuenta en su plantilla con trabajadores con discapacidad en un porcentaje superior al que exige la legislación nacional.
- Que la empresa tiene adoptadas medidas para la promoción de reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.
- Que la empresa, en la fabricación de los productos objeto del contrato ha adoptado medidas, para la eliminación o reducción de sustancias nocivas para el medio ambiente.

Asimismo, deberán presentar con el requerimiento de documentación para poder adjudicar el contrato la documentación acreditativa del cumplimiento de la condición especial elegida; no procederá la adjudicación del contrato si no se presenta dicha documentación en el plazo estipulado, por tener la consideración de característica esencial del contrato.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El Valor estimado del contrato se ha calculado teniendo en cuenta el presupuesto inicial del expediente, sin posibilidad de prórroga ni modificaciones por tratarse de equipos (todo ello IVA excluido).

Base imponible:	87.671,08 euros
Importe del I.V.A.:	18.410,92 euros
Importe total:	106.082,00 euros

Valor estimado del contrato: 87.671,08 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN:

La duración del mismo debería ser de 1 mes, ya que es el tiempo estimado para su instalación y puesta en funcionamiento, dado que la naturaleza del equipo, las características de su financiación y su importe lo posibilitan, todo ello conforme con el art. 29 de la LCSP.

NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN:

En virtud de la previsión de actividad del Servicio de Anatomía Patológica donde el aumento de volumen de muestras hace necesario un equipo más eficiente o de mayor actividad para mantener la productividad, y ante la situación de obsolescencia en la que se encuentran los microtomos existentes en el Servicio lo cual afecta a la precisión y calidad de las secciones que se obtienen y debido al coste elevado del mantenimiento y reparaciones, se precisa adquirir dos micrótomos nuevos.

Se ha facilitado por parte del Servicio las prescripciones técnicas del equipo, así como las personas responsables del contrato, según Informe definitorio del expediente, incorporando un equipo integral con un impacto suficiente desde los puntos de vista cuantitativo, cualitativo y además basándose en el principio de funcionalidad y optimización de medios, con el fin de cubrir eficientemente las necesidades del mencionado Servicio del Hospital Universitario de Getafe.

DIVISIÓN EN LOTES:

Como consecuencia de incluir 2 unidades del mismo equipo, según Memoria Técnica elaborada por la Jefa del Servicio de Anatomía Patológica y de acuerdo con el art. 99 de la LCSP, este expediente se compone de un único lote.

Y DESIGNA

Como responsable del contrato de referencia a la Jefa del Servicio de Anatomía Patológica que promueve la contratación del suministro objeto del presente expediente, teniendo en cuenta que ha manifestado no estar incurso en ningún conflicto de competencias y que no tienen ni directa ni indirectamente ningún interés financiero, económico o personal que pueda comprometer la imparcialidad e independencia en el procedimiento de licitación, y que, por lo tanto, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 64 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Getafe, 29 de agosto de 2025

LA DIRECTORA GERENTE

PA Según resolución de delegación de firma de 27/11/2024

