

INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO DE UNA IMPRESORA DE CASETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2025-0-036

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos un listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

Cumplimiento de especificaciones técnicas:

LEICA MICROSISTEMAS S.L.U – Se revisa la oferta presentada y se comprueba que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

CASA ALVAREZ S.A. – Se revisa la oferta presentada y se comprueba que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

PALEX MEDICAL S.A. – Se revisa la oferta presentada y se comprueba que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

LABOLAN S.L – Se revisa la oferta presentada y se comprueba que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

EMS PATHOLOGY MEDICAL SOLUTIONS S.L. – Se revisa la oferta presentada y se comprueba que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

Criterios evaluables de forma automática por la aplicación de fórmulas:

En el pliego de cláusulas administrativas particulares, se presentaba esta asignación de puntos automática con su correspondiente justificación para poder ser evaluada.

CALIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO PROPUESTO	PTOS
Bandeja de salida con capacidad para al menos 100 casetes: Si _____ 20 puntos No _____ 0 puntos	20

Velocidad de impresión es de menos de 3 segundos/casete: Si _____ 2,5 puntos No _____ 0 puntos	2,5
Lector integrado de códigos (QR, EAN , EAN 1, data matrix..etc): Si _____ 2,5 puntos No _____ 0 puntos	2,5
Sensor de reconocimiento automático del color del casete: Si _____ 2,5 puntos No _____ 0 puntos	2,5
Tolva con alta capacidad de al menos 400-500 casetes: Si _____ 2,5 puntos No _____ 0 puntos	2,5

La empresa **LEICA MICROSISTEMAS S.L.U** presenta una documentación válida y justificativa de tales criterios, lo que avala la consecución de los puntos correspondiente a tales criterios.

La empresa **CASA ALVAREZ S.A.** presenta una documentación válida y justificativa de tales criterios, lo que avala la consecución de los puntos correspondiente a tales criterios.

La empresa **PALEX MEDICAL S.A** presenta una documentación en la que se detecta la siguiente irregularidad:

- Marcan SI en la velocidad de impresión es de menos de 3 segundos/casete, y revisando su manual de usuario Sección 2, indica que la velocidad de impresión es de 12 casetes/minuto (lo que equivale a 5segundos/casete) por lo que no cumplirían con este criterio y su puntuación sería la de 0 puntos en este apartado

Para el resto de criterios si justifican la obtención de los puntos.

La empresa **LABOLAN S.L** presenta una documentación válida y justificativa de tales criterios, lo que avala la consecución de los puntos correspondiente a tales criterios.

La empresa **EMS PATHOLOGY MEDICAL SOLUTIONS S.L.** presenta una documentación válida y justificativa de tales criterios, lo que avala la consecución de los puntos correspondiente a tales criterios.

El recuento de puntos para cada empresa queda recogido en la siguiente tabla:

EMPRESA	BANDEJA SALIDA	VELOCIDAD IMPRESIÓN	LECTOR	RECONOCIMIENTO COLOR	TOLVA ALTA CAPACIDAD	TOTAL
LEICA	SI 20 PTS	NO 0 PTS	SI 2,5 PTS	NO 0 PTS	SI 2,5 PTS	25 PTS
C. ALVAREZ	SI 20 PTS	SI 2,5 PTS	SI 2,5 PTS	SI 2,5 PTS	SI 2,5 PTS	30 PTS
PALEX	SI 20 PTS	NO 0 PTS	SI 2,5 PTS	SI 2,5 PTS	SI 2,5 PTS	27,5 PTS
LABOLAN	SI 20 PTS	SI 2,5 PTS	SI 2,5 PTS	NO 0 PTS	SI 2,5 PTS	27,5 PTS
EMS	SI 20 PTS	SI 2,5 PTS	SI 2,5 PTS	NO 0 PTS	SI 2,5 PTS	27,5 PTS

En Madrid, a día de la fecha.

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO
 Fecha: 2025.10.15 13:58

Fdo. Alvaro Gamero Navarro

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: