



ACLARACIÓN AL PPT.

Por la presente se informa que, desde el Servicio promotor para el expediente 2025000044: **“Adquisición de dos Torres de Laparoscopia con destino a los Servicios de Ginecología y Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Ramón y Cajal”**, se realiza la siguiente aclaración, quedando de la forma que a continuación se detalla:

 En la página 2 del PPT. Lote 1: en el apartado: **FUENTE DE LUZ PARA CIRUGÍA GUIADA POR FLUORESCENCIA-**

- La Fuente de luz LED, sin tecnología láser, lo es tanto para modo luz blanca como en el modo luz infrarroja.

 En la página 4 del PPT. Lote 2: en el apartado: **FUENTE DE LUZ LED DE ALTA POTENCIA**

- La fuente de luz LED, sin tecnología láser, con potencia lumínica similar a 300W xenón, lo es tanto para modo luz blanca, como en el modo luz infrarroja.

-

Y para general conocimiento se publica a través de la plataforma electrónica “VORTAL” y se publicará en el Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid.

Madrid, en la fecha de la firma

**LA SECRETARIA DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN,**

Firmado digitalmente por: BERRENDERO IZQUIERDO GEMA
Fecha: 2025.10.17 10:22

Fdo.: Gema Berrendero Izquierdo