

## CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO DE IMPRESORA DE CASETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

**Relación de criterios: Total 30 puntos.**

### JUSTIFICACIÓN

Todos los criterios de adjudicación están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características tales como la calidad de estos productos, funcionalidad, seguridad y están referidos a prestaciones directas de los productos que suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la "Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid", remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica y con un peso del 30% de la puntuación, otorgándose 70% a los relacionados con el precio.

Los criterios técnicos definidos en este pliego responden a la necesidad de dotar al laboratorio de anatomía patológica con equipamiento que facilite el trabajo diario, mejore la calidad de las muestras y garantice la seguridad y eficiencia del personal.

### IMPRESORA DE CASETES

#### 1. Velocidad de impresión:

- Menor de 3 segundos/casete.....10 puntos
- Mayor de 3 segundos/casete .....0 puntos

**Justificación:** la rapidez en la impresión de casetes agiliza el trabajo y mejora el flujo de trabajo al optimizar el tiempo empleado y aumentar el rendimiento.

**Forma de acreditación:** Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

#### 2. Resolución de la impresión de 2500 ppp:

- Presenta SI.....10 puntos
- Presenta NO.....0 puntos

**Justificación:** la alta resolución de impresión con alto contraste en los diferentes colores de los casetes facilita la identificación de los casetes, eliminando errores, incrementando la trazabilidad, seguridad del paciente y del trabajo del servicio.

**Forma de acreditación:** Declaración responsable indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo) y certificado de validación de impresión y escaneo correcto de todos los colores de los casetes.

**3. Presenta formatos de impresión con ángulo de 35° y casete con ángulo de 45°:**

- Presenta SI .....5 puntos
- Presenta NO .....0 puntos

**Justificación:** Contar con un equipo que permita utilizar diferentes ángulos que se adapten a las características de los distintos tipos de casetes utilizados y aumente la precisión de impresión. Esto mejora la calidad de la visualización de impresión, mejora su trazabilidad por lo que contribuye a incrementar la seguridad de los bloques. Además, permite un archivado fiable con una identificación rápida y precisa de los casos.

**Forma de acreditación:** Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

**4. Presenta tecnología láser frío sin contacto:**

- Presenta SI .....5 puntos
- Presenta NO .....0 puntos

**Justificación:** Esta característica permite mayor precisión en la impresión lo que facilita la lectura del número y código QR, incrementando la trazabilidad y la seguridad.

**Forma de acreditación:** Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

RESPONSABLE DEL SERVICIO  
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Firmado digitalmente por: MEIZOSO LATOVA TELMA  
Fecha: 2025.09.18 14:25