

**EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS MICROTOMOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”.**

**EXPTE.: A/SUM-033014/2025**

**EMPRESAS LICITANTES:**

- **LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.**
- **HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE S.L.**
- **CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto simplificado para el suministro, instalación, puesta en servicio de dos microtomos para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, se informa de lo siguiente:

1. La oferta de la empresa **LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.** presenta los siguientes equipos de la marca Leica Biosystems: 2 microtomos modelo **HistoCore AUTOCUT**

La documentación requerida está completa. La oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT y la autovaloración realizada por la empresa es correcta, con una puntuación de 30 puntos.

2. La oferta de la empresa **HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE S.L.** presenta los siguientes equipos de la marca Histo-Line: 2 microtomos modelo MC 5000.

El modelo ofertado no cumple las especificaciones técnicas mínimas. En estas se solicita un equipo con un peso inferior a 60 Kg. El modelo ofertado tiene un peso de 130Kg, ampliamente superior al requerido.

3. La oferta de la empresa **CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.** presenta los siguientes equipos de la marca PFM: 2 microtomos modelo 3006EM

El modelo ofertado no cumple las especificaciones técnicas mínimas. En estas se solicita un equipo con un rango de velocidad de corte motorizado al menos de 10 a 420 mm/s. El modelo ofertado tiene un rango inferior pues solamente su velocidad máxima es de 300 mm/s (inferior a 420 mm/s).

**EL RESPONSABLE  
DE ELECTROMEDICINA**

