

EXPTE. A/SUM-037669/2025

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

## **Servicio de Anatomía Patológica**

San Lorenzo de El Escorial, 30 de octubre de 2025

**DE: .....DRA. NOEMÍ GARCÍA MIRALLES**

**RESPONSABLE DE SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA**

**A: .....DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y UNIDAD DE CONTRATACIÓN**

**ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EXPTE. A/SUM-037669/2025, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA IMPRESORA DE CASSETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL**

He revisado la documentación técnica remitida **por Casa Álvarez Material Científico S.A., Palex Medical S.A., Sakura Finetek Spain, Labolan S.L., y EMS Pathology Medical Solutions S.L.**, en relación con el expediente de contratación **A/SUM-037669/2025**, observando lo siguiente en relación a cada empresa:

### CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO, S.A. (Dakewe C100).

- **Cumple** con los requisitos mínimos especificados en el pliego técnico.
- En los criterios de valoración por aplicación de fórmulas autoasignados y revisados se obtiene una puntuación de **30 puntos**.

### SAKURA FINETEK SPAIN SL (Tissue-Tek xPrint® LP).

- **Cumple** con los requisitos mínimos especificadas en el pliego técnico.
- En los criterios de valoración por aplicación de fórmulas autoasignados y revisados se obtiene una puntuación de **25 puntos**.

### PALEX MEDICAL, S.A. (Epredia Fatech VEGA-SORTER).

- **Cumple** con los requisitos mínimos especificados en el pliego técnico.
- En los criterios de valoración por aplicación de fórmulas autoasignados y revisados **no se cumple** el requisito de “**impresión resolución de 2500 ppp**”, ya que, como se especifica en la *página 3 del documento de declaración justificación de criterios evaluables (criterio 7.2.2)*, en la *página 11 del documento Operator Guide* y en la *página 2 del documento Vega Brochure*, la resolución es de 600 ppp. Por lo que se obtiene una puntuación de **29 puntos**.

LABOLAN, S.L. (KF-UE-006).

- **NO cumple dos de los requisitos técnicos mínimos con arreglo a la documentación aportada.** No tengo forma de saber exclusivamente por las imágenes si se cumplen dos de los requisitos: “**pies de goma**”, ya que este material no aparece textualmente especificado en ninguna documentación aportada; ni tampoco puedo saber por la imagen si específicamente para este modelo de impresora existe “**compatibilidad con casetes paraform**” ya que tampoco está redactado en la documentación técnica ni se aporta declaración certificada o certificado que así lo acredite.

EMS PATHOLOGY MEDICAL SOLUTIONS, S.L. (KF-UE-006).

- **Cumple** con los requisitos mínimos especificadas en el pliego técnico.
- En los criterios de valoración por aplicación de fórmulas autoasignados y revisados se obtiene una puntuación de **30 puntos**.

En conclusión, la oferta de **Labolan** NO cumple varios de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones técnicas y por ello debe ser excluida del proceso, mientras que las ofertas de Casa Álvarez, Sakura, Palex y EMS Pathology sí cumplen con los requisitos técnicos especificados.

Un cordial saludo,

**GARCIA  
MIRALLES  
NOEMI -  
44758884X**

Firmado  
digitalmente por  
GARCIA  
MIRALLES NOEMI  
- 44758884X  
Fecha: 2025.11.07  
12:03:44 +01'00'

**Fdo. Dra. Noemí García Miralles**

**Resp. de Servicio de Anatomía Patológica**

**Hospital Universitario El Escorial**

Carretera M-600 de Guadarrama

A San Lorenzo de El Escorial, km. 6,255

Teléfono 91 897 30 00

28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)