

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS IMPRESORAS DE CASETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”.

EXPTE.: A/SUM-033013/2025

EMPRESAS LICITANTES:

- **CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.**
- **PALEX MEDICAL, S.A.**
- **EMS PATHOLOGY MEDICAL SOLUTIONS S.L.**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto simplificado para el suministro, instalación y puesta en servicio de dos impresoras de casetes para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, se informa de lo siguiente:

1. La oferta de la empresa **CASA ÁLVAREZ MATERIAL CIENTÍFICO S.A.** presenta los siguientes equipos de la marca Dakewe: 2 impresoras modelo **SurePrint C100**.

La documentación requerida está completa. La oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT y la autovaloración realizada por la empresa es correcta. Puntuación total de 30 puntos.

2. La oferta de la empresa **PALEX MEDICAL, S.A.** presenta los siguientes equipos de la marca Epredia: 2 impresoras modelo Vega Sorter.

El modelo ofertado cumple las especificaciones técnicas mínimas. La autovaloración realizada por la empresa no es correcta. No dispone de la característica solicitada de bandeja única de salida con capacidad de al menos 100 casetes. El equipo dispone de varias bandejas de capacidad inferior a la solicitada. En el criterio se solicita una única bandeja de 100 casetes. En la memoria justificativa se indicaba: El vaciado de la impresora cada 100 casetes en vez de lotes más pequeño como 30 muestras, reduce significativamente la frecuencia de intervención del técnico que puede dedicarse a otras tareas. Permite traslados más eficientes, ya que retirar la bandeja de 100 casetes, evita el traslado de pequeños grupos de casetes en varios viajes. Es el tratamiento correcto para laboratorios con procesamiento de lotes grandes propio de los grandes hospitales de referencia. Puntuación total de 16 puntos.

3. La oferta de la empresa **EMS PATHOLOGY MEDICAL SOLUTIONS S.L.** presenta los siguientes equipos de la marca Labsim: 2 impresoras modelo TB-686

El modelo ofertado no cumple las especificaciones técnicas mínimas. En estas se solicita un equipo automático con software incluido, junto con un carrusel con capacidad para 6 tolvas de casetes. El equipo admite 6 tolvas, pero su mecanismo no es de tipo carrusel, es decir de giro circular.





Hospital General Universitario
Gregorio Marañón



EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981223231309493120299**