

**PASA 157-2025 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA IMPRESORA LASER DE CASETES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"**

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR
APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO												
						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Velocidad de impresión< 3 seg/caset Si..... 5 puntos		Bandeja de salida con capacidad para al menos 100 casetes Si 15 puntos		Sensor reconocimiento automático del color del casete Si..... 10 puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
CASA ALVAREZ, S.A.	Impresora Laser de castes	DKC100	X			SI	5,00	SI	15,00	SI	10	30,00
EMS PATHOLOGY MEDICAL SOLUTIONS, S.L.	Impresora Laser de castes	LABSIM-TB686	X			NO	0,00	NO	0,00	NO	0	0,00
PALEX MÉDICAL, S.A.,	Impresora Laser de castes	611465-8000040	X			SI	5,00	NO	0,00	NO	0	5,00

Leganés, 24 de octubre de 2025
JEFE DE SECCION ANATOMÍA PATOLÓGICA
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado por MONTSERRAT CHAO CRECENTE - Jefe de Sección Anatomía Patológica -
con un certificado emitido por SIA SUB01