

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de septiembre de 2025, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige la contratación del expediente PA SUM 25-034, relativo al **SUMINISTRO DE MATERIALES (REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES Y FUNGIBLES ESPECÍFICOS) Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA DETERMINACIONES DE LABORATORIO DE AUTOINMUNIDAD EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**

Detectado un error material en la cláusula 1. Punto 8.2.1, que afecta a los “**Criterios Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas**” se considera procedente su corrección conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESUELVO

Primero. Aprobar la corrección de errores del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente PA SUM 25-034, en los términos que se recogen en el documento de corrección de errores adjunto.

Segundo. Publicar esta resolución en el perfil del contratante, junto con el documento de corrección de errores.

En Fuenlabrada a 14 de octubre de 2025

La Directora Gerente

Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA

Fdo.: Gema Sarmiento Beltrán

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Expediente: PA SUM 25-034

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MATERIALES (REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES Y FUNGIBLES ESPECÍFICOS) Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA DETERMINACIONES DE LABORATORIO DE AUTOINMUNIDAD EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Fecha de publicación del pliego: 9 de octubre de 2025

Error detectado: Contradicciones en los Criterios Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas

Cláusula afectada: Cláusula 1. Punto 8.2.1 Criterios Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas

Descripción del error:

• **Texto original:**

ITEM	LOTE	CARACTERÍSTICA	MÍNIMO: 0 puntos	MEDIO: 5 puntos	ALTO: 10 puntos
EQUIPOS	1	Tiempo de obtención de resultados desde la carga de la primera muestra	≥ 40 minutos	Entre 30 y 40 minutos	≤ 30 minutos
EQUIPOS	1	Velocidad de procesamiento (muestras/hora)	≤ 60 muestras/hora	Entre 60 y 120 muestras/hora	≥ 120 muestras/hora
EQUIPOS	1	Número de muestras simultáneas que pueden ser cargadas en el equipo	≤ 60 muestras	Entre 60 y 150 muestras	≥ 150 muestras
FICHAS TECNICAS	1	Frecuencia de calibración	Inferior a mensual.	Mensual mínima	Solo 1 vez por cambio de lote de reactivo

• **Texto corregido:**

ITEM	LOTE	CARACTERÍSTICA	MÍNIMO: 0 puntos	MEDIO: 5 puntos	ALTO: 10 puntos
EQUIPOS	1	Tiempo de obtención de resultados desde la carga de la primera muestra	≥ 40 minutos	Entre 30 y 40 minutos, sin incluir extremos	≤ 30 minutos
EQUIPOS	1	Velocidad de procesamiento (muestras/hora)	< 60 muestras/hora	Entre 60 y 120 muestras/hora, sin incluir extremos	> 120 muestras/hora
EQUIPOS	1	Número de muestras simultáneas que pueden ser cargadas en el equipo	< 60 muestras	Entre 60 y 150 muestras, sin incluir extremos	> 150 muestras
FICHAS TECNICAS	1	Frecuencia de calibración	La técnica obliga a calibrarse en un tiempo inferior al mes	La técnica hay que calibrarla obligatoriamente una vez al mes	Solo es obligatorio calibrar la técnica cuando hay un cambio de lote de reactivo