

Exp.: A/SUM-034601/2025

PREGUNTAS FORMULADAS Y RESPUESTAS REALIZADAS AL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K CON SISTEMA FLUORESCENCIA PARA EL USO DE ICG A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

En relación a la convocatoria del presente procedimiento abierto simplificado publicado el 10 de octubre de 2025, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se ha planteado la siguiente consulta:

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.

PREGUNTAS

En el lote 1 se solicita dentro de la composición de los equipos a ofertar, una “FUENTE DE LUZ LED PARA CIRUGIA GUIADA POR FLUORESCENCIA” y se especifica que dicha fuente sea “SIN TECNOLOGIA LASER”. Teniendo en cuenta que estos equipos emiten luz en dos modos, luz blanca y luz infrarroja, se entiende que para ambos modos de emisión la reproducción ha de ser SIN TECNOLOGIA LASER. ¿Es correcto?

RESPUESTAS

Efectivamente, para ambos modos de emisión ha de ser sin tecnología láser. Es decir, para los dos modos, luz blanca y luz infrarroja, han de ser SIN TECNOLOGIA LASER

Aranjuez a 17 de octubre de 2025
LA DIRECTORA DE GESTIÓN,

María del Rosario Jimenez Borreguero

