

Exp.: A/SUM-036414/2025

PREGUNTAS FORMULADAS Y RESPUESTAS REALIZADAS AL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE ANESTESIA COMPUESTO DE RESPIRADOR, MÓDULO DE GASES Y MONITOR HEMODINÁMICO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

En relación a la convocatoria del presente procedimiento abierto simplificado abreviado publicado el 10 de octubre de 2025, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se ha planteado la siguiente consulta:

INSANEX, S.L.

PREGUNTAS

En el pliego de prescripciones técnicas en cuanto a la monitorización multiparamétrica se indica que:

e) monitorización multiparamétrica:

Sistema de monitorización multiparamétrico compuesto por: un monitor de transporte con pantalla color TFT_LCD táctil de al menos 6" y al menos 3 canales, con autónoma de batería de más de 180 minutos, Integrado en la estación de anestesia mediante soporte físico.

Consulta:

Se aceptaría un conjunto de la pantalla en total de 6 pulgadas en el que se incluya en su totalidad; la pantalla táctil, indicadores leds, estado del WIFI, batería, led de alimentación externa, sensor de luz ambiental, etc.. Ineludibles para un correcto funcionamiento del equipo y visualización del total de parámetros del mismo.?

RESPUESTAS

Si, se aceptaría ya que no modifica ninguna característica exigida en el pliego de prescripciones técnicas.

Aranjuez a 22 de octubre de 2025
LA DIRECTORA DE GESTIÓN,

María del Rosario Jimenez Borreguero

