

INFORME TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN PARA VALORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA DE QUIRÓFANO PARA EL SERVICIO DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE: A/SUM-017145/2025.

Revisada la documentación de los licitadores presentados:

CIF	LICITADOR	FECHA ENTRADA	HORA ENTRADA	REGISTRO ENTRADA
B82736471	GETINGE GROUP SPAIN,S.L.	31.10.2025	22:13:00	57/920620.9/25
B06232094	INSANEX, S.L.	03.11.2025	13:26:00	57/930339.9/25

Tras la revisión de la documentación técnica presentada por los diferentes licitadores, se estima lo siguiente referente a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas:

- Se comprueba que la oferta presentada por la empresa GETINGE GROUP SPAIN S.L.U. con CIF B82736471 cumple con todas las características mínimas exigidas en el PPT.

- Se comprueba que la oferta presentada por la empresa INSANEX S.L. con CIF B06232094, NO cumple con las siguientes características mínimas exigidas en el PPT y, por lo tanto, debe ser excluido:

- En la página 3 del PPT se solicita que los acolchados de la mesa quirúrgica sean **bicapa** de material viscoelástico. Los acolchados ofertados por este licitador son **multicapa**, según lo visualizado en la página 5 de su catálogo comercial de la mesa quirúrgica y en el documento que aportan nombrado "ficha acolchado" pág. 1.
- En la página 1 del PPT se solicita una carga de paciente sobre el dispositivo de extensiones de traumatología de al menos **160 Kg**. Se verifica que el licitador no cumple con este requisito, tal como se puede comprobar en las páginas 97 y 98 del manual de uso de la mesa quirúrgica presentado por el licitador, donde se indica que la carga de paciente sobre el dispositivo de extensiones de traumatología debe ser **inferior a 155 Kg**.

En el PPT se solicita el manual de uso de la mesa quirúrgica para la verificación de estos datos y en su página 97 y 98 se puede comprobar estos datos.

Por tanto, se procede a excluir al licitador INSANEX S.L. con CIF B06232094 por no cumplir los requisitos mínimos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se comprueba y determina que el licitador GETINGE GROUP SPAIN S.L.U. con CIF B82736471 cumple con las características mínimas previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que,





**Hospital Universitario
del Sureste**

presentan toda la documentación requerida para seguir en el procedimiento y valorar de manera objetiva los criterios objetivos de adjudicación.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente:

María Dolores Castrillón Montes
Jefa de Servicio de Bloque Quirúrgico

Hospital Universitario del Sureste



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001112275154103251309**