

PAS 74-2025 "SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA CIRUGÍA Y ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE LA CAVIDAD PERITONEAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE		ÚNICO							
							CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO HOSPITAL	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Los puertos de acceso laparoscópico no tienen válvulas: SI = 30 Puntos NO = 0 Puntos		
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	
PRIM, S.A.	KIT PARA INSUFLACIÓN DE FLUJO INTELIGENTE (IFI)	F50184	AIRSEAL-5AIRSEAL-8AIRSEAL-12	X			SI	30,00	30,00

Firmado por MARTIN RAMIRO JOSE JAVIER -
el día 13/11/2025 con un
Dr. Javier Martín Ramiro
JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO