

EXPEDIENTE PAS 2025-7-534

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA, UN TABLERO y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA, UN TABLERO y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA, para atender las necesidades asistenciales de los Bloques Quirúrgicos del Hospital Clínico San Carlos.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS SISTEMAS:

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE 1: MESA QUIRÚRGICA CON ACCESORIOS BÁSICOS

- Mesa quirúrgica de base móvil mediante 4 ruedas dobles y tablero universal, adaptable a todo tipo de Cirugías.
- Tecnología de accionamiento electrohidráulico o electromecánico.
- Columna y base extraplana, de diseño ergonómico. Es necesario que la base sea plana, lisa y sin angulaciones para permitir una fácil desinfección y evitar focos de infección. Las cubiertas de la base serán de acero inoxidable.
- Peso admisible de carga de pacientes:
 - Igual o superior a 450 Kg. en posición normal.
 - Igual o superior a 250 Kg. en posición inversa.
 - Igual o superior a 160 Kg. sobre el dispositivo de extensiones para traumatología.
- Anchura de la mesa sin contar los rieles laterales, ni accesorios, igual o superior a 540mm.
- Rieles laterales para acoplamiento de accesorios de medida estándar 25 mm x 10 mm.
- Tablero 100% radiotransparente.
- El Tablero deberá estar dividido en al menos 6 secciones:
 - Sección de asiento.
 - Sección de respaldo.
 - Placa de cabeza articulada.

Procedimiento Abierto Simplificado. Pluralidad de Criterios

PAS 2027-7-534 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.

- Placa de elongación.
- Placas de piernas de 2 secciones, con articulación para abducción en forma de “u”.
- Tablero reversible, que permita colocar en ambos lados del tablero diferentes componentes, tales como: placa de cabeza, placas de piernas, etc.
- Accesorios y elementos móviles de tablero de peso reducido, sistema de fijación mediante mecanismo rápido, intuitivo y de fácil alineamiento, exento de piezas de apriete adicionales. Que permitan su extracción e intercambio de forma segura y fácil.
- Movimientos motorizados:
 - Dos articulaciones motorizadas independientes entre sí, sin necesidad de intercambiar la posición normal del tablero quirúrgico, controladas desde el mismo mando principal con cable y desde el panel de emergencia de la columna: Sección de respaldo y sección de piernas.
 - Desplazamiento longitudinal: igual o superior a 300 mm.
 - Altura máxima incluyendo el tablero (sin colchón): igual o superior a 1.040 mm.
 - Altura mínima incluyendo el tablero (sin colchón): igual o inferior a 610 mm.
 - Rango de Trendelenburg: igual o superior a +/- 25°.
 - Rango de Anti-Trendelenburg: igual o superior a +/- 30°.
 - Lateralización derecha/izquierda: igual o superior a +/- 20°.
 - Rango de subida/bajada sección de respaldo en posición normal: igual o superior a: +70°/- 40°.
 - Rango de subida /bajada sección de piernas en posición normal: igual o superior a: +80°/- 90°.
 - Retorno a posición cero.
- El accionamiento de los movimientos motorizados de la mesa se llevará a cabo por medio de:
 - Mando de control con cable con pictogramas de fácil interpretación. Con memorización de posiciones quirúrgicas.
 - Un panel de mando integrado en la columna como sistema de seguridad. Con teclado independiente, con las funciones más relevantes de la columna.
- Funcionamiento independiente mediante baterías o conexión a red. La toma de carga debe ir integrada en la base.
- La autonomía de las baterías de la mesa será suficiente para aproximadamente una semana de trabajo en el quirófano
- Características de los acolchados:
 - Colchonetas bicapa, viscoelásticas con fijación mediante velcro.
 - Electro-conductivos.
 - El espesor mínimo de las colchonetas será de al menos 80 mm.
 - Libre de látex.
- Disponibilidad de accesorios para todas las especialidades quirúrgicas.
- Accesorios que debe incluir:

Procedimiento Abierto Simplificado. Pluralidad de Criterios

PAS 2027-7-534 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.

- 2 apoyabrazos de manejo con una sola mano, regulables horizontal y verticalmente, deberán incluir los fijadores a la mesa quirúrgica.
- 1 arco de anestesia, regulable en altura y angulación, deberá incluir el fijador a la mesa quirúrgica.

LOTE 2: TABLERO Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA TRAUMATOLOGÍA

- Tablero quirúrgico desmontable mediante carro, debe ser posible su instalación/retirada desde ambos lados de la columna quirúrgica.
- Deberá soportar una carga de paciente de al menos 380 Kg. en posición normal y 160 Kg. en combinación con el dispositivo de extensiones de traumatología.
- Ancho del tablero sin contar los rieles laterales al menos 540 mm e igual o superior a 590 mm con rieles laterales.
- El tablero estará dividido en al menos 8 secciones:
 - Sección de asiento.
 - Placa de cabeza articulable.
 - 2 Placas de elongación dorsal.
 - Placas de piernas de 4 secciones, deben permitir colocar al paciente en posición Genupectoral y disponer de una doble articulación que permita su apertura en forma de “u” para un mejor acceso del equipo quirúrgico entre las piernas del paciente.
- Debe ser reversible y disponer de al menos 5 motores con dos articulaciones motorizadas independientes entre sí (respaldo y piernas)
- Movimientos motorizados:
 - Desplazamiento longitudinal: igual o superior a 400 mm.
 - Rango de subida/bajada sección de respaldo +90/-90°.
 - Rango de subida/bajada sección de piernas +90/-90° conjunta y de forma individual.
- Sistema anticolidión en ambos extremos del tablero, tanto en modo normal como reverse del mismo, que evite impactos contra la columna y en especial contra el suelo.
- Características de los acolchados:
 - Acolchados de doble capa especialmente diseñados para evitar la aparición de úlceras por decúbito. Una de las capas con viscoelástico de alta calidad. Dotado de válvulas que permitan la circulación del aire y repelan la penetración de fluidos. Esta combinación debe garantizar una óptima distribución de la presión, proporcionando una protección eficaz al paciente.
 - Electro-conductivas.
 - El espesor mínimo de las colchonetas será de al menos 80 mm.
 - Libre de látex.
 - Termoselladas.
 - Fácil de limpiar.
 - Radiotransparentes.

Procedimiento Abierto Simplificado. Pluralidad de Criterios

PAS 2027-7-534 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.

- Accesorios que debe incluir: Equipo de extensiones traumatológicas para la realización de tracciones en miembros inferiores, debe incluir todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Compuesto al menos por:
 - Sistema de pelvistato con una carga mínima de paciente de al menos 160 KG.
 - Placa pélvica con orificios para insertar la barra de contratiro.
 - Carro soporte para dispositivo de extensiones.
 - Rodillo acolchado para pubis.
 - Barra de contratiro.
 - 2 Barras de extensión para miembros inferiores.
 - Dispositivo de tracción para miembros inferiores.
 - Barra de prolongación riel-guía.
 - Soporte para placas de los pies.
 - Barras de sostén: 2 ud.
 - Placas para pies: 2 ud.
 - 2 Botas regulables en anchura mediante correas para tracciones traumatológicas.
 - 1 fijador giratorio basculante.
 - 1 fijador giratorio para estribo de tracción.
 - Par de placas apoyapiernas para instalar en el dispositivo de extensiones.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL SISTEMA:

La empresa adjudicataria se compromete a que los productos ofertados cumplan con toda la legislación en vigor durante la vigencia del contrato, con especial mención al Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE núm. 69, de 22 de marzo de 2023).

4. OTRAS ESPECIFICACIONES.

- 4.1. Si en la descripción de algún artículo se utiliza marca comercial y/o referencia, deberá entenderse con orientación para localizar el artículo, sin que en ningún caso implique que sea necesario ofertar dicha marca o referencia.
- 4.2. Si en la descripción de algún artículo se utilizan medidas exactas, se aceptará una variación máxima del $\pm 5\%$ sobre las medidas indicadas. No siendo aplicable dicha variación máxima en las medidas expresadas en rangos

5. REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS:

Si los equipos y/o componentes ofertados por los licitadores, requieren conexión informática, deberán cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

- a. Conectividad.
 - i. Conexión de red mediante cable RJ45.

Procedimiento Abierto Simplificado. Pluralidad de Criterios

PAS 2027-7-534 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.

ii. Conexión de red inalámbrica con los siguientes requisitos:

1. Autenticación WPA2-Enterprise (802.1x)
2. Autenticación con usuario y contraseña
3. Método EAP: PEAP
4. Autenticación MSCHAPv2

b. Almacenamiento

- i. Estación de trabajo integrada en el equipo.
- ii. Almacenamiento en disco duro interno con al menos 1 Tb de capacidad en total. No teniéndose en cuenta, la ampliación de memoria por medio de dispositivos externos.
- iii. Captura retrospectiva y prospectiva de clips en un dispositivo interno o en un medio extraíble.
- iv. Capacidad de grabación de DVD/CD para el almacenamiento de imágenes DICOM o para la exportación en formatos JPEG o AVI para la compatibilidad con PC.

c. Integración

Todo el hardware y software necesario para el correcto funcionamiento del equipo deberá ser aportado por el adjudicatario.

El hospital dispone de un sistema de Historia Clínica Electrónica, un PACS y diferentes aplicaciones departamentales con las que el dispositivo deberá integrarse según las especificaciones del departamento de informática del hospital y siguiendo los estándares de mensajería HL7 y DICOM.

El sistema deberá adaptarse a los formatos disponibles en los sistemas de información del hospital.

Permitirá al menos la consulta de demográficos, recepción de citas/peticiones y la devolución de resultados, imágenes e informes cuando proceda.

6. OTRAS CONDICIONES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO:

El adjudicatario debe tener presente que, con el objetivo de adquirir de manera integral y asegurar la correcta ejecución del contrato, deberá de cumplir las siguientes condiciones y obligaciones:

- INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA.

Se entenderá por instalación la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación de anclajes y empotramientos, la conexión de los distintos suministros (eléctricos, gases, etc.) al equipo hasta los cuadros generales de distribución de los mismos (bandejas, soportes y otros), así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta en marcha en su ubicación definitiva.

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, deberá realizar las pruebas necesarias que acrediten el correcto funcionamiento, en presencia del personal técnicamente cualificado y autorizado por el Centro (Servicios Técnicos) para elevar la correspondiente **ACTA DE CONFORMIDAD** que condicionará el pago de la factura.

- TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS:

El adjudicatario deberá formar a todo el personal en el uso del equipamiento y el software de trabajo. Para ello, deberá presentar un “Plan de Formación para Todo el Personal” que incluya las horas necesarias para el correcto funcionamiento durante el uso del equipamiento, sesiones teóricas y sesiones prácticas. Este plan deberá ser entregado en el momento de firma de su acta de recepción.

Tras la formación inicial y a instancias del servicio, el adjudicatario tendrá que realizar las sesiones solicitadas, entre las que necesariamente se prestarán para el nuevo personal contratado, al menos durante el periodo de vigencia de la garantía.

El licitador adjuntará en la oferta:

- Un programa de Formación de Personal, para formar a los profesionales designados: en el uso, manejo y mantenimiento de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y personal de enfermería, según cada caso. Especificar metodología, número de personas, lugar y duración del mismo. El hospital requiere que esta formación sea presencial donde estén instalados.
- Un programa de Formación de Personal del Servicio de Mantenimiento, especificando metodología, número de personas, lugar y duración del mismo.

Se certificará la formación a las personas que la reciban. Se entiende en cualquier caso que la amplitud y calidad de la formación debe ser la precisa para el perfecto manejo y máximo rendimiento de los equipos. En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado. Cualquier modificación/actualización de los equipos precisará de un periodo de formación del personal en los mismos términos señalados anteriormente.

La formación recibida deberá asegurar el correcto manejo del equipo con el fin de reducir tanto el riesgo de lesiones durante su uso de usuarios y pacientes como los tiempos de parada. Por ello, en el caso de que el Hospital considere que la formación no es la adecuada para tales fines, no se podrá dar conformidad a la aceptación del equipo hasta su subsanación. Las tareas de formación se planificarán con el responsable del contrato y el servicio que recibe el equipo.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

- GARANTÍA Y ATENCIÓN TÉCNICA:

La empresa adjudicataria deberá ofrecer una garantía de, al menos 2 años, a contar desde el día siguiente de la firma del **ACTA DE CONFORMIDAD**, en la que al menos se incluya:

- La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de funcionamiento).
- Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.
- Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos, incluidas todas las piezas de recambio.

Procedimiento Abierto Simplificado. Pluralidad de Criterios

PAS 2027-7-534 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.

- Asimismo, están incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal del servicio de mantenimiento.

En este sentido, es importante destacar que:

- El adjudicatario entregará al servicio técnico del Hospital, las hojas de las revisiones en las cuales se especificarán las piezas sustituidas con sus referencias y se detallará las intervenciones realizadas, así como las piezas sustituidas.
- El licitador debe detallar las operaciones de mantenimiento preventivo a realizar al equipo durante el periodo de garantía que se hará sin ningún coste para el Hospital. El adjudicatario comunicará al Servicio técnico las fechas de dichas operaciones con suficiente antelación acordándose el horario en función de la actividad del servicio donde se ubica el equipo.
- Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo durante el período de garantía se realizarán en el lugar donde esté instalado el equipo. El Hospital autorizará en su caso, la reparación fuera del Centro, previa justificación.
- El centro de destino del equipamiento determinará con el contratista el procedimiento de comunicación, registro y control de las incidencias relacionadas con el equipamiento (averías y problemas de uso). Así mismo, acordarán el cartel que identificará de forma visible los equipos con alguna incidencia registrada hasta su reparación en los casos en que sea necesario, para evitar el uso inadvertido por otros profesionales y el riesgo para el paciente.
- Todas las operaciones de asistencia técnica efectuadas deben anotarse en el registro de cada equipo, indicando fecha y persona o entidad que las realizó. También deben anotarse los incidentes adversos que deban ser comunicados al fabricante y a la AEMPS. Un resumen de estas incidencias, y su resolución, se reportarán al responsable del contrato.
- El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto en ningún caso podrá ser superior a 12 horas en días laborables, considerando como horario laborable de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas, y 48 horas en días festivos.
- Los licitadores garantizarán que todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por personal especializado de la empresa.
- El licitador acreditará en su oferta la disponibilidad del servicio técnico disponible más cercano indicando la localidad, dirección y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico y cualificación profesional, así como el resto de la organización del servicio técnico en el ámbito nacional. Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible que utiliza y requiere el sistema; así como la frecuencia de reposición (por cada paciente/uso, por horas, etc.), en los casos que proceda.
- El centro sanitario, podrá solicitar una vez finalizado el periodo de garantía, un contrato de mantenimiento integral, en modalidad todo riesgo, sin ningún tipo de exclusión durante los 10 años siguientes a la finalización del periodo de garantía, siendo el importe anual del mismo no superior al 10% (IVA incluido) del precio de adjudicación

En Madrid, a la fecha de la Firma

Fdo.:

Firmado digitalmente por: MARCO MARTINEZ FERNANDO
Fecha: 2025.10.20 15:03

Jefe de Servicio de Traumatología

Fdo.:

Firmado digitalmente por: GÓMEZ GARVÍN ALEJANDRO
Fecha: 2025.10.21 07:29

Ingeniería, Equipamiento y Alta Tecnología.

Fdo:

Conforme: El Adjudicatario

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

Por ausencia

Documento firmado digitalmente por: ALVAREZ BLANCO ANTONIO
Fecha: 2025.10.21 13:02
Referencia: 57/804585.9/25
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, por ausencia, el Director Médico, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), (BOCM. Núm. 236, de 2/10/2015), en consonancia con el artículo 16 del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (BOE núm. 91, de 16/04/1987), y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Procedimiento Abierto Simplificado. Pluralidad de Criterios

PAS 2027-7-534 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.

ANEXO A AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PAS 2025-7-534

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.

Lote	Descripción	Unidades	Precio Unitario (s/IVA)	IVA	Base imponible (s/IVA)	IVA (21%)	Importe Total (c/IVA)	Epígrafe Presupuestario
1	MESA QUIRÚRGICA	1	36.528,00 €	21%	36.528,00 €	7.670,88 €	44.198,88 €	63305
2	TABLERO Y ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA TRAUMATOLOGÍA	1	41.983,00 €	21%	41.983,00 €	8.816,43 €	50.799,43 €	63305
IMPORTE TOTAL					78.511,00 €	16.487,31 €	94.998,31 €	

Procedimiento Abierto Simplificado. Pluralidad de Criterios

PAS 2027-7-534 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa, un tablero y accesorios quirúrgicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos.