

PASA 185-2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE 1		EQUIPAMIENTO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA										
						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)						
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Ampliación plazo de garantía P= <u>Mayor plazo garantía oferta x 10</u> Plazo de garantía oferta valorar		Análisis y mediciones de calidad de la convulsión SI 10 puntos		Frecuencia seleccionables mayor a 120Hz SI 10 puntos		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	Ampliación plazo garantía	PUNTOS	SI/No	Puntos	Frecuencia	Puntos	
HERSILL, S.L.	Terapia electroconvulsiva (TEC)	Thymatron System IV 0700200	SI			3 AÑOS	10,00	SI	10,00	SI	10	30,00

JEFE DE SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

LEGANÉS 13 NOVIEMBRE 2025

