

Exp.: A/SUM-043238/2025

PREGUNTAS FORMULADAS Y RESPUESTAS REALIZADAS AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

En relación a la convocatoria del presente procedimiento abierto simplificado abreviado publicado el 24 de octubre de 2025, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se ha planteado la siguiente consulta:

S.T. ENDOSCOPIA S.A.

PREGUNTAS

En referencia a las características técnicas de los productos a ofertar. Cuando se habla de extremo distal, diámetro tubo de inserción y diámetro canal de instrumentación en ambos lotes, el valor que aparece es un valor exacto, mínimo o máximo.

La pregunta es, ¿podríamos optar a la presentación de modelos que no sean exactamente del valor que aparece para estas características técnicas, sino que estén por encima o por debajo del valor estipulado?

RESPUESTAS

Tal y como se puede comprobar en el PPT no refiere valores máximos, ni mínimos; es un valor exacto porque tiene que ser compatible con los procesadores e instrumental propiedad del Hospital.

Aranjuez a 28 de octubre de 2025
LA DIRECTORA DE GESTIÓN,

María del Rosario Jimenez Borreguero

