

## RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE RELATIVO AL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LARINGOSCOPIO CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

### EXPEDIENTE A/SUM-045960/2025

A los efectos previstos en el art. 138.3 de la LEY 9/2017, 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, - en adelante LCSP - y en relación a las consultas formuladas:

*Consulta formulada por HERSILL, S.L. mediante correo electrónico de 3 de noviembre de 2025, se informa:*

#### **Pregunta:**

En el lote N°1 se evalúa con 15 puntos incluir 5 bombillas de repuesto. ¿Estas 5 unidades habría que entregarlas por la totalidad de los juegos de la licitación o 5 unidades de bombillas por cada uno de los juegos?

#### **Respuesta:**

Se deberán entregar 5 bombillas de repuesto por cada juego adjudicado.

#### **Pregunta:**

En el lote N°3 donde se solicitan palas para laringoscopio se evalúa con 15 puntos incluir bombilla de repuesto. Las palas de LUZ LED no llevan ninguna bombilla en la pala, sino en el mango.

¿Se evaluaría entonces, en el lote de la pala, entregar bombilla de repuesto para el mango?

#### **Respuesta:**

No, la bombilla iría en la pala no en el mango

¿Habría que entregar una bombilla por cada pala?

#### **Respuesta:**

Si, se entregaría una bombilla por cada pala

**Pregunta:**

En el lote N°3 (3.4 y 3.5) se describe el artículo como: "Pala laringoscopio Miller Luz convencional nº1 reutilizable" pero en las características técnicas se detalla que tiene que ser de Luz LED blanca de alto contraste. Si es de luz convencional no puede ser de LED. En los lotes 1 y 2 son de LED por lo que entendemos que esta pala tiene que ser compatible con los lotes 1 y 2. Por favor, confirmar este punto.

**Respuesta:**

Se procede a corregir el PPT al haberse detectado la omisión de una barra diagonal en la transcripción.

La descripción correcta del artículo debe indicar "Luz LED / blanca de alto contraste". En este caso, la fuente de luz estará incorporada en la pala, no en el mango, para asegurar la compatibilidad con los lotes 1 y 2.

Madrid,  
La Gerente Asistencial de Atención Primaria

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GÓMEZ MARIA ROSARIO  
Fecha: 2025.11.04 15:47