

Exp.: P.A.S. HCCR 16/2025-SU  
A/SUM-035536/202

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL FUNGIBLE Y SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD TRANSFUSIONAL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

## CONTESTACIONES A CONSULTAS DE EMPRESAS

### PREGUNTAS:

1. **Para la posición 13** nos indican que solicitan tarjetas.

*Una tarjeta de confirmación de grupo a un precio unitario de licitación de 146,74 € multiplica por 50 el valor medio de mercado para este tipo de tarjeta.*

*Consideramos que debe tratarse de un error ya que una presentación de una caja con 100 tarjetas supondría un importe de 14.674 € (en nuestro caso las presentaciones son de 48 tarjetas, sería de 7.043,52 €).*

*De hecho, nosotros suministramos actualmente este producto y el precio por tarjeta es de 2,45 €.*

Material - ID	Material - Name	Presentación	Precio sin IVA	Precio por tarjeta
001254	ID-DiaClon ABD-Confirmation 4x12	48 tarjetas	117,39 €	2,45 €

*Como otros ejemplos, en diferentes adjudicaciones en hospitales públicos de Madrid como es el siguiente caso, los precios son sensiblemente inferiores*

*Hospital U de La Paz: precio por tarjeta 1,33 €. 2 determinaciones por tarjeta, por determinación 0,66 €*

*Expediente nº 2025-0-18.*

*Así pues, la política de comercialización en este mercado nos impide que podamos elevar el precio de los productos a este nivel.*

### CONTESTACIÓN

**IMPORTANTE:** LA SUBSANACIÓN HECHA EN EL DIA DE AYER SOBRE EL ORDEN 13 ERA ERRÓNEA. EL PRECIO CORRECTO SE REFIERE A CAJA DE TARJETAS Y NO UNIDADES

2. **Para la posición 3** indican células ficinadas (con tratamiento enzimático con ficina).

*Entendemos que podemos ofertar células papainizadas (esto es con tratamiento enzimático con papaina) para los estudios de identificación de anticuerpos irregulares al ser técnicas reconocidas ambas como válidas para el tratamiento enzimático de hemáties. ¿Es correcto?*

### CONTESTACIÓN

SI

3. **Para la posición 9** indican que ha sido un error en la descripción de la tarjeta y que lo que se busca es la tarjeta para células ficinadas a Tª Ambiente.

*Este tipo de tarjeta ya está descrita en la posición 8, tarjeta neutra de escrutinio de anticuerpos irregulares (para la técnica de identificación de anticuerpos con tratamiento enzimático se usa la tarjeta neutra).*

*Consideramos que entonces que la posición 8 y la posición 9 son el mismo producto. ¿Podría ser así?*

## CONTESTACIÓN

POSICION 8: CORRESPONDE A TARJETA CELULAS FICINIZADAS A TEMPERATURA AMBIENTE

POSICION 9: TARJETAS PARA FENOTIPOS A TEMPERATURA AMBIENTE

Madrid, a 7 de noviembre de 2025

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN

Firmado digitalmente por: POLO RAMOS LUIS  
Fecha: 2025.11.07 14:10