

Rdo. I.Técnico-económico PASPC 2025-1-53 INV del expediente SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIEZ CAMAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE				CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
Lote	Descripción Lote	Proveedor	Referencia	
1	Cama electrica altas prestaciones para pacientes UCI con colchón de aire alternante	HILL-ROM IBERIA S.L	HR900ACCELLA	SI CUMPLE
		LINET IBERIA SL	1GE512055	NO CUMPLE, SE SOLICITA MEDIDA CON +/-2CM : LARGO SIN EXTENSION 215CM Y PRESENTAN 219CM, LARGO CON EXTENSION 235CM Y PRESENTAN 241
		ARJO IBERIA, S.L.	CICADEL	NO CUMPLE, SE SOLICITA MEDIDA CON +/-2CM : ANCHO 100CM Y PRESENTAN 103CM Y LARGO SIN EXTENSION 215CM Y PRESENTAN 241CM, LARGO CON EXTENSION 235CM Y PRESENTAN 252-264CM

Getafe, 24/11/2025

