

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

| INFORME TÉCNICO | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---|
| EXPEDIENTE INV PASPC 2025-1-61 | | | | | | | | |
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN PROCESADOR DE TEJIDOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | | | | | | | | |
| LOTE | DESCRIPCIÓN LOTE | PROVEEDOR | VALORACIÓN | | | | | |
| | | | CERTIFICADO MARCADO CE (SI/NO) | CERTIFICADO COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (SI/NO) | COMPROMISO FORMACIÓN (SI/NO) | DECLARACIÓN COMPRENSIÓN PLENA CONTENIDO REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN PPT (SI/NO) | DECLARACIÓN EQUIPO OFERTADO ES DE NUEVA FABRICACIÓN (SI/NO) | REQUISITOS EXIGIDOS EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (CUMPLE/NO CUMPLE) |
| 1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN PROCESADOR DE TEJIDOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA | LEICA MICROSISTEMAS , S.L.U. | SI | SI | SI | SI | SI | CUMPLE |
| | | MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. | SI | SI | SI | SI | SI | NO CUMPLE, no cuenta con al menos dos unidades de procesado que permita el procesamiento de muestras en paralelo |
| | | INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, S.A. | SI | SI | SI | SI | SI | NO CUMPLE, ya que el objeto del contrato es <u>un procesador</u> de tejidos de altas prestaciones, y el modelo presentado por la empresa no cumple con la capacidad mínima de al menos 500 cassetes exigidos en el PPT, solo cumplirían las condiciones mínimas exigidas con la oferta realizada de dos equipos ya que al sumar las capacidades lo superarían, pero solo se solicita que <u>un único equipo</u> cumpla los requisitos técnicos. |

Getafe, 21 de noviembre de 2025
JEFA DE SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

