

EXPEDIENTE Nº 2025-0-81

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto describir las características y las condiciones de suministro de instrumental endoscópico para el Servicio de Urología Pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE 1: INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO

ORDEN-. 1º CISTOSCOPIO RÍGIDO COMPLETO 5º

Cistoscopio completo de 5º de dirección de visión con las siguientes características:

- Canal trabajo para instrumentos hasta 3Fr
- Visión ocular distal
- Punta distal atraumática
- Conductor de fibra óptica para luz
- Junta silicona diámetro 7,5mm
- Cable de fibra óptica 2,5mm 2,3m
- Adaptador conexión a proyector
- Adaptador conexión a endoscopio
- Longitud útil 120 mm
- Longitud total 247mm
- Conexión a elementos de trabajo y vainas tipo Richard Wolf
- Compatible con procesadores y fuentes de luz Richard Wolf
- Esterilizable en Autoclave 134ºC / 273ºF
- Adaptador de membrana y caperuza de goma
- Válvula de sellado de instrumentos

Cesta de malla para cistoscopio 5º

- Alojamiento para instrumental endoscópico, para preparación mecánica, esterilización (vapor y baja temperatura) almacenamiento y transporte, con cesta para piezas pequeñas.
- Medidas interiores (anch. x alt. x prof.): 451x65x124mm
- Medidas exteriores (anch. x alt. x prof.): 467x75x132mm

ORDEN-. 2º CISTOSCOPIO RÍGIDO 12º

Cistoscopio 12º de dirección de visión con las siguientes características:

- Canal trabajo 5Fr
- Visión ocular distal
- Punta distal atraumática
- Longitud útil 150 mm
- Longitud total 283mm
- Cable de fibra óptica 2,5mm 2,3m

- Adaptador conexión a proyector
- Adaptador conexión a endoscopio
- Sistema de lentes de barra
- Conexión a elementos de trabajo y vainas tipo Richard Wolf
- Compatible con procesadores y fuentes de luz Richard Wolf
- Esterilizable en Autoclave 134°C / 273°F
- Caperuza de goma

Cesta de malla para cistoscopio 12º

- Alojamiento para instrumental endoscópico, para preparación mecánica, esterilización (vapor y baja temperatura) almacenamiento y transporte, con cesta para piezas pequeñas.
- Medidas interiores (anch. x alt. x prof.): 451x65x124mm,
- Medidas exteriores (anch. x alt. x prof.): 467x75x132mm

ORDEN-. 3º CISTOSCOPIO COMPACTO 25º

Cistoscopio compacto con 25º de dirección de visión con las siguientes características:

- Canal trabajo 5FR
- Visión ocular recta
- Cable de fibra óptica 2,5mm 2,3m
- Adaptador conexión a proyector
- Adaptador conexión a endoscopio
- Cesta de malla para esterilización
- Longitud útil 218 mm
- Longitud total 358mm
- Punta distal atraumática
- Sistema de lentes de barra
- Conexión a elementos de trabajo y vainas tipo Richard Wolf
- Compatible con procesadores y fuentes de luz Richard Wolf
- Autoclave
- Caperuza de goma

Cesta de malla para esterilización de tracto urinario superior

- Alojamiento de cisto-uretroscopio, para preparación mecánica, esterilización (vapor y baja temperatura), almacenamiento y transporte
- Con malla para piezas pequeñas
- Medidas interiores (anch. x alt. x prof.): 435x54x73mm
- Medidas exteriores (anch. x alt. x prof.): 451x64x80mm.

ORDEN-. 4º URETERORRENOSCOPIO SEMI RÍGIDO 5º

Ureterorrenoscopio 5º de dirección de visión con las siguientes características:

- Canal trabajo hasta 3Fr
- Longitud útil 430 mm
- Punta distal atraumática
- Cable de fibra óptica 2,5mm 2,3m
- Adaptador conexión a proyector
- Adaptador conexión a endoscopio
- Cesta de malla para esterilización
- Conexión a elementos de trabajo y vainas tipo Richard Wolf
- Compatible con procesadores y fuentes de luz Richard Wolf
- Esterilizable en Autoclave 134°C / 273°F

- Caperuza de goma

ORDEN-. 5ª ÓPTICA 0°

Óptica 0° de dirección de visión con las siguientes características:

- Diámetro Ø 1,9 mm
- Longitud útil 178 mm
- Longitud total 243mm
- Sistema de lentes de barra
- Cable de fibra óptica 2,5mm 2,3m
- Adaptador conexión a proyector
- Adaptador conexión a endoscopio
- Conexión a elementos de trabajo y vainas tipo Richard Wolf
- Compatible con procesadores y fuentes de luz Richard Wolf
- Autoclave

Cesta de malla para esterilización de óptica

- Alojamiento de óptica
- Medidas interiores (anch. x alt. x prof.): 270x52x40mm
- Medidas exteriores (anch. x alt. x prof.): 279x54x59mm.

El adjudicatario, incluirá en su oferta sin coste adicional, los elementos de uso esporádico, así como cualquier pequeño accesorio no especificados en este pliego y que resulten necesarios para la realización de la técnica.

Si en el pliego de prescripciones técnicas se hiciera referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracteriza a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, se tendrán en cuenta por no ser posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y por tanto serán así o “equivalentes”, según el artículo 126.6 de la LCSP

OTROS REQUISITOS

Los licitadores deberán incluir en su oferta, relación de los productos ofertados, con descripción técnica de los mismos, en castellano.

Documentación e información técnica necesaria para la valoración del producto o productos, en castellano.

Todas las integraciones, en caso de haberlas, deberán estar incluidas en el alcance del pliego, asumida por el adjudicatario dentro de las tareas y se aplicarán los estándares de integración del SERMAS.

Así mismo deberá cumplir con la normativa y legislación, así como las políticas de la OSSI en cuestiones de seguridad y protección de datos.

En caso de necesitar equipos de trabajo, será necesario que cumplan las especificaciones de Madrid Digital.

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste adicional para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los materiales objeto del contrato.

La formación recibida deberá asegurar el correcto manejo de los materiales con el fin de reducir el riesgo de lesiones durante su uso.

TRATAMIENTO DE DATOS

En el caso de que el Adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar con datos personales del H12O por razón de la prestación del servicio, cumplirá con la legislación vigente en materia de protección de datos personales que resulte de aplicación, en concreto *con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)*, y el *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (RGPD)*; o cualesquiera otras aplicables en materia de Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

Así, y a los efectos de este contrato, el H12O tendrá la consideración de Responsable del tratamiento y el Adjudicatario tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del RGPD, así como en el artículo 33 de la LOPDGDD.

El adjudicatario, deberá cumplimentar el anexo relativo a la protección de datos, del PCAP.

Madrid, a fecha de firma

Firmado digitalmente por: MOLINER ROBREDO Mª CONCEPCION
Fecha: 2025.10.23 13:48

Fdo. Dra. Moliner Robredo

Subdirectora Médica Área Quirúrgica