


Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

Rdo. Informe Técnico del expediente SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO DE UN CRIOSTATO PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PASAPC 2025-1-60 INV.				CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
Lote	Descripción Lote	Proveedor	Referencia	
1	Criostato	CASA ALVAREZ, S.A.	DAKEWE6250	SI
		LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	CM1950DUALECOTEC	SI
		PALEX MEDICAL, S.A.	EPREDIAMICROM448651	NO CUMPLE, LA ILUMINACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LUNETA DESLIZANTE EN VEZ DE EN EL CABEZAL PORTAMUESTRAS COMO SE INDICA EN EL PPT

Getafe, 31/12/2025



JEFA SERVICIO ANATOMÍA PATOLÓGICA