

 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	---	------------------------

EXPEDIENTE: A/SUM-039527/2025

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de **CATETER BALÓN CORONARIO LIBERADOR DE PACLITAXEL** para el Servicio de Cardiología – Unidad de Hemodinámica Adultos, para cubrir las necesidades del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	<p>CATETER BALÓN CORONARIO LIBERADOR DE PACLITAXEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balones de dilatación coronaria con recubrimiento de paclitaxel con matriz de Iopramida, con dosis de fármaco: 3 µg/mm2 con liberación y distribución uniforme en la pared de la arteria. - Catéter de 145 cm de longitud útil, compatible con catéter guía 5F y buen perfil de entrada 0.016" y de cruce: 0.033"- 0.037 para diámetros de 2.00 – 4.00 mm. - Plegado: 4 pliegues en toda la gama.

Sobre los artículos:


- Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo y su declaración de conformidad.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. De no ser así, deberán aportar la documentación que justifique que se encuentra en periodo transitorio.
- Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
 En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
 En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.
 El procedimiento será:
 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.


6. Etiquetado en el que figure:
- La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

Sobre otras cuestiones:

- Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, disponen de nuevos artículos que incorporen avances o innovaciones tecnológicas y mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo, los adjudicatarios estarán obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
- Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
- Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.



Fdo. Dr. J.L. Zamorano Gómez
JEFE DE SERVICIO DE CARDIOLOGÍA



Fdo. Dr. F. Roldán Moll
SUBDIRECTOR ÁREA MÉDICA



A/SUM-039527/2025

LOTE	N.O.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (18 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	125183	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 2X15 145 ,014	UN	14	750,00	10.500,00	21%	2.205,00	12.705,00
	2	127603	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 2,5X15 145 0,014	UN	25	750,00	18.750,00	21%	3.937,50	22.687,50
	3	125184	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 3X15 145 ,014	UN	4	750,00	3.000,00	21%	630,00	3.630,00
	4	125185	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 3,5X15 145 ,014	UN	4	750,00	3.000,00	21%	630,00	3.630,00
	5	133095	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 4X15 145 ,014	UN	10	750,00	7.500,00	21%	1.575,00	9.075,00
	6	133516	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 2X20 145 ,014	UN	10	750,00	7.500,00	21%	1.575,00	9.075,00
	7	127604	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 2,5X20 145 0,014	UN	20	750,00	15.000,00	21%	3.150,00	18.150,00
	8	139675	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 3X20 145 ,014	UN	10	750,00	7.500,00	21%	1.575,00	9.075,00
	9	125186	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 3,5X20 145 ,014	UN	4	750,00	3.000,00	21%	630,00	3.630,00
	10	139482	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 4X20 145 ,014	UN	5	750,00	3.750,00	21%	787,50	4.537,50
	11	125187	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 2X30 145 ,014	UN	8	750,00	6.000,00	21%	1.260,00	7.260,00
	12	139489	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 2,5X30 145 ,014	UN	8	750,00	6.000,00	21%	1.260,00	7.260,00
	13	139506	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 3X30 145 ,014	UN	20	750,00	15.000,00	21%	3.150,00	18.150,00
	14	139507	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 3,5X30 145 ,014	UN	20	750,00	15.000,00	21%	3.150,00	18.150,00
	15	139491	CAT ACTP MNR BSMD PLCTX 4X30 145 ,014	UN	20	750,00	15.000,00	21%	3.150,00	18.150,00

IMPORTE TOTAL:	136.500,00		28.665,00	165.165,00
----------------	------------	--	-----------	------------