

**EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO  
HOSPITALARIO DE HABITACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO  
MARAÑÓN**

**FORMA: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**

**EXP.: A/SUM-045946/2025**

**EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:**

- **HIDEMAR, S.A.**
- **LINET IBERIA, S.L.**
- **MOMO ART-INTERIORISMO, S.L.**
- **OFICACERES, S.L.**
- **SALVADOR NAVARRO, S.L.**
- **SOCIAL MOBEL, S.L.**
- **SOMEDE SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.**

---

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes, se procede a la revisión de la documentación técnica aportada, con el fin de verificar su adecuación a los requisitos mínimos exigidos, informando de lo siguiente:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908665455138507190634**

## **LOTE 1. SILLÓN DE PACIENTE/ SILLÓN HOSPITALARIO DE HABITACIÓN**

### **1. SOCIAL MOBEL, S.L.:**

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Observaciones:

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

#### **1.- Diámetro de ruedas:**

- PPT: 80 mm aprox.
- Ficha técnica: 100 mm.
- Impacto: Diferencia superior a la tolerancia (+20 mm), no cumple.

#### **2.- Tapizado – Grosor:**

- PPT: 3 mm aprox.
- Ficha técnica: 1,5 mm.
- Impacto: Inferior al mínimo exigido, no cumple.

#### **3.- Dimensiones generales:**

- **PPT:**
  - Sentado: 720 mm
  - Tumbado: 1770 mm
  - Anchura: 640 mm
  - Altura total: 1070 mm
  - Altura asiento: 430 mm
- **Ficha técnica:**
  - Sentado: 850 mm
  - Tumbado: 1920 mm
  - Anchura: 690 mm
  - Altura total: 1100 mm
  - Altura asiento: 500 mm
  -
- **Impacto:** Variaciones superiores a  $\pm 20$  mm en varias medidas (longitud, anchura, altura), no cumple.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0908665455138507190634**

## 2. SALVADOR NAVARRO, S.L.:

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Observaciones:

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

- **Peso máximo paciente:**
  - **PPT:** 180 kg.
  - **Ficha técnica:** 150 kg.
  - **Impacto:** No cumple requisito crítico de seguridad.
  
- **Dimensiones generales:**
  - **PPT:**
    - Sentado: 720 mm
    - Tumbado: 1770 mm
    - Anchura: 640 mm
    - Altura asiento: 430 mm
  
  - **Ficha técnica:**
    - Sentado: 760 mm
    - Tumbado: 1800 mm (extensible a 2000 mm)
    - Anchura: 650 mm
    - Altura asiento: 470 mm
  - **Impacto:** Variaciones superiores a  $\pm 20$  mm en altura del asiento (+40 mm), no cumple.



### 3. MOMO ART- INTERIORISMO, S.L.:

CUMPLE todas las características técnicas mínimas exigidas en el PPT.

### 4. LINET IBERIA, S.L.

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

Observaciones:

Según la Ficha técnica de la oferta presentada:

#### 1.- Respaldo abatible:

- PPT: Hasta 190º con pistón de gas y palanca bilateral.
- Ficha técnica: Solo hasta 130º mediante resorte de gas.
- No cumple rango de reclinación exigido.

#### 2.- Reposabrazos:

- PPT: Abatibles, con dos apoyos, retirables fácilmente.
- Ficha técnica: Brazos abatibles, pero no se especifica sistema de doble apoyo ni facilidad de retirada.
- Información incompleta.

#### 3.- Reposapiernas:

- PPT: Escamoteable y extensible.
- Ficha técnica: Ajuste manual en 3 posiciones, no menciona escamoteable ni extensible. No cumple



#### **4.- Ruedas:**

- PPT: 4 ruedas giratorias de 80 mm con freno individual.
- Ficha técnica: 4 ruedas de 75 mm (2 con freno, 2 sin freno).
- No cumple freno en todas las ruedas.

#### **5.- Espuma:**

- PPT: Alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>), grosor 15 cm.
- Ficha técnica: Poliuretano 25 kg/m<sup>3</sup>, grosor no especificado.
- No cumple densidad mínima.

#### **6.- Dimensiones:**

##### **PPT:**

- Sentado: 720 mm
- Tumbado: 1770 mm
- Anchura: 640 mm
- Altura asiento: 430 mm

##### **Ficha técnica:**

- Tumbado: 1750 mm
- Anchura: 690 mm
- Altura asiento: 160 mm

Impacto: Altura asiento extremadamente inferior, incumplimiento grave de ergonomía.

#### **7.- Peso máximo paciente:**

- PPT: 180 kg.
- Ficha técnica: 150 kg.
- Impacto: No cumple requisito crítico de seguridad.



## 5. HIDEMAR, S.L.:

**NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

### 1.- Inclinación del respaldo:

- **PPT:** Hasta 190°.
- **Ficha técnica:** 93° a 155°.
- **Impacto:** No cumple rango de reclinación exigido.

### 2.- Reposapiernas:

- **PPT:** Escamoteable y extensible.
- **Ficha técnica:** Abatible, pero no menciona escamoteable ni extensible.
- **Impacto:** No conforme.

### 3.- Ruedas:

- **PPT:** 4 ruedas giratorias de 80 mm con freno individual.
- **Ficha técnica:** 4 ruedas de 100 mm, pero solo 2 con freno.
- **Impacto:** No cumple medidas ni freno en todas las ruedas.

### 4.- Espuma:

- **PPT:** Alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>), grosor 15 cm.
- **Ficha técnica:** 35 kg/m<sup>3</sup>, grosor 60 mm.
- **Impacto:** No cumple densidad ni grosor mínimo.

### 5.- Dimensiones:

- **PPT:**
  - Sentado: 720 mm
  - Tumbado: 1770 mm
  - Anchura: 640 mm
  - Altura asiento: 430 mm
- **Ficha técnica:**
  - Altura respaldo: 730 mm
  - Ancho asiento: 515 mm
  - No se especifica longitud total ni altura asiento exacta.
- **Impacto:** Información incompleta.



## 6. OFICACERES, S.L.

NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

### 1. Respaldo abatible:

- **PPT:** Hasta 190° con pistón de gas y palanca bilateral.
- **Ficha técnica:** Solo 85°.
- **Impacto:** No cumple rango de inclinación exigido.

### 2. Reposapiernas:

- **PPT:** Escamoteable y extensible.
- **Ficha técnica:** Escamoteable, pero no extensible.
- **Impacto:** No conforme.

### 3. Ruedas:

- **PPT:** 4 ruedas giratorias de 80 mm con freno individual.
- **Ficha técnica:** 2 ruedas Ø125 mm con freno y 2 ruedas Ø100 mm sin freno.
- **Impacto:** No cumple freno en todas las ruedas ni diámetro homogéneo.

### 4. Espuma:

- **PPT:** Alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>), grosor 15 cm.
- **Ficha técnica:** 30 kg/m<sup>3</sup>, grosor asiento 13 cm.
- **Impacto:** No cumple densidad ni grosor mínimo.

### 5. Tapizado:

- **PPT:** Vinílico, grosor 3 mm, resistencia >300.000 ciclos Martindale.
- **Ficha técnica:** Polipiel sintético, no se indica grosor ni resistencia.
- **Impacto:** Información incompleta, posible incumplimiento.

### 6. Dimensiones:

- **PPT:**
  - Sentado: 720 mm
  - Tumbado: 1770 mm
  - Anchura: 640 mm
  - Altura asiento: 430 mm



- **Ficha técnica:**
  - Total extendido: 1800 mm
  - Anchura: 650 mm
  - Altura asiento: 500 mm
- **Impacto:** Altura asiento excede tolerancia (+70 mm), no cumple.

**7. Peso máximo paciente:**

- **PPT:** 180 kg.
- **Ficha técnica:** 150 kg.
- **Impacto:** No cumple requisito crítico de seguridad.

**7. SOMEDE SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L**

CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el PPT.

En Madrid, 26 de noviembre de 2025

La Directora de Gestión y Servicios Generales  
Fdo.: Carmen Oñate Heredero.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **090866545138507190634**