

CORRECCIÓN EXPEDIENTE PAS 5/2025 “PLATAFORMA DE TELEMONITORIZACIÓN INTELIGENTE PARA SEGUIMIENTO REMOTO DE PACIENTES Y VOLUNTARIOS DE ENSAYOS CLÍNICOS, A ADJUDICAR POR LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCESA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO POR PLURALIDAD DE CRITERIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA –FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU.”

Con fecha, 6 de noviembre de 2025, se hizo público el expediente de contratación relativo al expediente **P.A.S 5/2025-** cuyo objeto es la contratación de **“PLATAFORMA DE TELEMONITORIZACIÓN INTELIGENTE PARA SEGUIMIENTO REMOTO DE PACIENTES Y VOLUNTARIOS DE ENSAYOS CLÍNICOS, A ADJUDICAR POR LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCESA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO POR PLURALIDAD DE CRITERIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA –FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU. ”.**

Visto el expediente de referencia, de oficio, se han detectado los siguientes **ERRORES** y/u **OMISIONES** en relación a las **ESPECIFICACIONES MÍNIMAS** relativas al **LISTADO DE DISPOSITIVOS** contenido en el Pliego de Prescripciones Técnicas punto 3, por el cual se licita el contrato referenciado.

Mediante la presente resolución se **modifican** los siguientes documentos contenidos en el expediente P.A.S 5/2025:

ÚNICO. – CORRECIÓN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En el **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES**, en el **punto 3 “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.”**, **“Listado de dispositivos”** se ha advertido la omisión de las dos siguientes especificaciones mínimas.

A continuación, **se modifica Punto 3.** **CARACTERISTICAS TÉCNICAS, Listado de**

dispositivos, del Pliego de Prescripciones Técnica, manteniéndose el resto de condiciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

EL PUNTO 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Listado de dispositivos, se subsana, pasando a quedar redactado de la manera que se indica a continuación. **DEBE DECIR:**

"La plataforma de monitorización deberá incorporar como solución completa los siguientes dispositivos. Deberán incluirse 40 unidades de cada equipo. Estos dispositivos deberán ser suministrados por el licitador que resulte adjudicatario:

- *Tensiómetro de brazo Bluetooth ESH, inflación plana, 2×60 memorias: Beurer BM-85-BT, o equipo equivalente.*
- *Termómetro digital Bluetooth sin contacto (2–3 cm): Beurer FT-95, o equipo equivalente.*
- *Pulsioxímetro Bluetooth con pantalla de 6 vistas y 100 memorias: Beurer PO-60-BT.*
- *Electrocardiógrafo portátil Bluetooth: Beurer ME-90, o equipo equivalente.*
- *Báscula Bluetooth con IMC, pantalla extraíble, 8 electrodos, capacidad ≥ 180 kg: Beurer BF-105, o equipo equivalente.*
- *Glucómetro Beurer GL-50 EVO con adaptador Bluetooth (unidades mmol/L), o equipo equivalente.*
- *ECG, capacidades mínimas: la aplicación deberá permitir registro instantáneo de ECG, conectividad vía Tablet y detección automática de, al menos: Fibrilación Auricular (FA), latidos prematuros (extrasístoles), bradicardia, taquicardia y ritmo sinusal normal, o equipo equivalente.*
- *Tablets con conectividad para la interacción con el sistema (Consulta, Alertas y Carga de Datos), o equipo equivalente.*

Todos los equipos pasaran a ser propiedad de la FIBHLPR.

El equipo deberá cumplir con las siguientes especificaciones mínimas, que serán de obligado cumplimiento.

*Todos los dispositivos deberán ser **comerciales certificados para salud**, aprobados para su uso en España por **AEMPS** y con **marcado CE**."*

En virtud de lo anterior, **RESUELVE**

PRIMERO. – Se procede a la subsanación advertida en el expediente de referencia, **Punto 3.** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, **Listado de dispositivos**, del Pliego de Prescripciones

Técnica, en el sentido expuesto a través del presente escrito.

SEGUNDO. - Dar continuidad a la tramitación del expediente de contratación y comunicar, la presente Resolución.

TERCERO. – Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 136 de la LCSP. En consecuencia, se procede a **la ampliación del plazo de presentación de ofertas concedido, en 12 DÍA.**

CUARTO. - En virtud de lo anterior, el plazo de presentación de ofertas se amplía, **finalizando el día 3 de diciembre de 2025 a las 14:00**, si el plazo finaliza en sábado o festivo, la finalización del mismo, se trasladará al día siguiente hábil (se admitirán ofertas hasta las 14.00 h del último día del plazo).

En Madrid, a 18 de noviembre de 2025

DIRECTORA FIBHLPR
Dña. Rosario Ortiz de Urbina Barba

NOTA: Por la presente se hace saber que el presente documento asociado al expediente referenciado, y que se corresponde con el que ha sido publicado en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid, ha sido efectivamente firmado se encuentra dentro del expediente sito en las instalaciones de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Princesa.