

PAS 217-2025 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO DE DOS MICROTOMOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE		ÚNICO										
						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	MODELO REFERENCIA	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Equipo automático con control remoto Bluetooth Wireless: SI = 5 Puntos		Pantalla LCD táctil a color: SI = 5 Puntos		Orientación del ángulo de corte, mediante placa auto alineadora del bloque o casete: SI = 20 Puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	
INILAB, S.L.	MICROTOMOS	M-250	sí				0,00	si	5,00	no	0,00	5,00
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, S.A.	MICROTOMOS	SDSGA9001	sí			sí	5,00	si	5,00	no	0,00	10,00
MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.	MICROTOMOS	57444	sí				0,00	si	5,00	no	0,00	5,00
SAKURA FINETEK SPAIN, S.L.	MICROTOMOS	5000	sí			sí	5,00	si	5,00	si	20,00	30,00

Firmado por CHAO CRECENTE MONTSEERRAT = ***1657** Leganés, a 3 de diciembre de 2025, ----

Dra. Montserrat Chao Crecente
JEFE DE SECCIÓN DE ANATOMÍA PATOLÓGICA