

PASA 210-2025 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN FLUOROSCOPIO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

ÚNICO		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)														TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO O REFERENCIA	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		Apertura del Arco de 50 cm:  SI = 15 Puntos		Equipo con autonomía de funcionamiento superior a 30 minutos:  SI = 9 Puntos		Equipo con fluoroscopia pulsada:  SI = 3 Puntos		Ampliación del plazo cubierto por la garantía del sistema: - 1 punto: Por cada año adicional con un máximo de 3 años adicionales - 0 puntos: Si el plazo de garantía es igual a 2 años como se exige en el pliego técnico					
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	AMPLIACION GARANTÍA	PUNTOS			
SUBCONTRATACION Y SERVICIOS MADRID, S.L.	FLUOROSCOPIO	MIZAR HEALTH XISCAN 5000	X			SI	15,00	SI	9,00	SI	3,00	NO	0,00	27,00		

Leganés, a 21 de noviembre de 2025



Dr. Andrés Vergara Ferrer  
JEFE DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA