

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESITA PARA PACIENTE, ATRIL, CUBIX, CAMILLAS DE EXPLORACIÓN, DE TRASLADO Y CARROS DE PARADA PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

FORMA: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EXP.: A/SUM-045988/2025

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- **HIDEMAR, S.A.**
- **IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.**
- **MOMO ART-INTERIORISMO, S.L.**
- **ORTOACTIVA SUMINISTROS SANITARIOS Y ORTOPÉDICOS, S.L**
- **PEGASUS MEDICAL IBERIA, S.L**
- **PRIM, S.A**
- **SALVADOR NAVARRO, S.L.**
- **SOCIAL MOBEL, S.L.**
- **WEELKO BARCELONA, S.L...**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes, se procede a la revisión de la documentación técnica aportada, con el fin de verificar su adecuación a los requisitos mínimos exigidos, informando de lo siguiente:

LOTE 1. MESITA PARA PACIENTE Y ATRIL/MOBILIARIO CLINICO AUXILIAR

SUBLOTE 1.1 – MESITA PARA PACIENTE

SUBLOTE 1.2 – ATRIL

No se ha presentado ninguna oferta por lo que el lote queda **DESIERTO**

LOTE 2. CUBIX

1. MOMO ART-INTERIORISMO, S.L

NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. Sujeción del saco por presión mediante anillo perimetral

El pliego exige **anillo perimetral**; la ficha aportada **no acredita** ese sistema de sujeción (no se menciona anillo perimetral).

2. Rodadura: bandas antigolpes y freno de seguridad

El pliego exige **bandas antigolpes** y **freno de seguridad** en ruedas $\varnothing \approx 80$ mm.

La ficha aportada solo menciona “**Ruedas giratorias de 80 m**”, sin bandas antigolpes ni freno de seguridad.

2. IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.

NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. **Tapa de ABS y pedal de apertura** definidos como **opcionales** en la ficha, mientras que el pliego los exige **como estándar** del suministro.
2. **Bandas antigolpes en ruedas y protección anti-choques** del conjunto **no acreditadas**.
3. **Montaje incluido no indicado** en la ficha.

3. ORTOACTIVA SUMINISTROS SANITARIOS Y ORTOPÉDICOS, S.L.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

4. HIDEMAR, S.A.

NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. **Estructura:** El pliego exige acero con recubrimiento epoxy; la ficha indica acero inoxidable sin recubrimiento epoxy.
2. **Protección anti-choques:** No se acredita en la ficha técnica.
3. **Bandas antigolpes en ruedas:** La ficha menciona ruedas Ø80 mm y freno, pero no bandas antigolpes.
4. **Montaje incluido:** No se menciona en la ficha técnica.

LOTE 3. CAMILLA EXPLORACION

1. SALVADOR NAVARRO, S.L.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

2. MOMO ART-INTERIORISMO, S.L

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

3. IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

4. PRIM, S.A.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

5. SOCIAL MOBEL S.L.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

6. HIDEMAR, S.A

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

7. WEELKO BARCELONA, S.L

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

LOTE 4. CAMILLA DE TRASLADO

1. SALVADOR NAVARRO, S.L.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

2. MOMO ART-INTERIORISMO, S.L

NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

En el PPT se solicita Soporte para bombona de oxígeno incluido, en la Ficha Técnica aparece como accesorio no incluido.

3. HIDEMAR, S.A

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

LOTE 5. CARROS DE PARADA

1. SALVADOR NAVARRO, S.L.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

2. PEGASUS MEDICAL IBERIA, S.L

NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. **Plano superior:** Requisito PPT: Plano superior de polietileno con reborde a 4 lados, 3 de ellos más elevados.

Ficha técnica: Indica “superficie de trabajo con protección perimetral en los 4 lados para evitar la caída de objetos”, sin especificar elevación de 3 lados.

NO CUMPLE (falta detalle de elevación en 3 lados).

2. Material de la estructura

- **Requisito PPT:** Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304, resto en polietileno.
- **Ficha técnica:** Indica “fabricado 100% en polímero antimicrobiano”,
- **NO CUMPLE** (material distinto al exigido).

3. Frontales y tarjeteros

- **Requisito PPT:** Frontales de polietileno con **dos tarjeteros por cajón**.
- **Ficha técnica:** Describe cajones ISO 60x40 en ABS antimicrobiano, **sin referencia a tarjeteros**.
- **NO CUMPLE** (no consta tarjeteros ni material polietileno en frontales).

4. Dimensiones máximas

- **Requisito PPT:** 640 × 480 × 105 cm (Largo × Ancho × Alto).
- **Ficha técnica:** 770 × 580 × 104 cm.
- **NO CUMPLE** (supera las dimensiones máximas permitidas).

En Madrid, 10 de diciembre de 2025

Fdo: Purificación Pazos Ramos
Supervisora Recursos Materiales

Fdo.: Carmen Oñate Heredero
La Directora de Gestión y Servicios Generales