

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenga la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en la comunidad.madrid.es a través de la siguiente dirección: <https://gestion.comunidad.madrid/verificacion>

**PASA 231-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARROS DE PARADA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA**  
**VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

La http me

LOTE ÚNICO	CARROS DE PARADA					CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)				TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			5ª Rueda incorporada en el carro u bidireccional colocada en la parte central (inferior) del carro, que se controle desde el asa del carro,  Si..... 20 puntos		El carro incluirá cajetines basculantes en la parte lateral contraria al asa que permitan guardar los sueros más habituales  3 cajetines..... 10 puntos 2 cajetines ..... 5 puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	Nº Cajetines	PUNTOS	
ASVAMEDIC, S.L.U	Carro de Parada	METRO LIFELINE 284699	X			Si	20,00	Si	10,00	30,00
OFICACERES, S.L	Carro de Parada	INMOCLINIC 10500		X	*Se solicita compartimento en parte superior para los fármacos que quede cerrado con el precinto y no lo posee. * Se solicitan 4 cajones y se determinan las medidas y la oferta es de cinco que además no poseen las medidas solicitadas *Se solicita portasueros totalmente de acero y el ofertado es de acero pero con los ganchos de plástico * No se especifica características de soporte para desfibrilador *No se especifica altura del carro *No se especifica si desinfectable con amonios cuaternarios *No se especifica tratamiento bacteriostático					

Leganés, 21 de noviembre de 2025  
SUPERVISORA DE RECURSOS MATERIALES  
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: POSTLBAUER CORREAS ANNA CRUZ