

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Nº EXPEDIENTE: A/SUM-049402/2025

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA 3D PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA

En función de las competencias atribuidas a las mesas de contratación, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

Nº LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	LICITADOR	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
1	Suministro Torre Laparoscopia 3D	(1)KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. A78936606	No cumple lo indicado en el PPT: no aporta la Relación y precios de los principales repuestos
1	Suministro Torre Laparoscopia 3D	(2)SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A. A80776867	No cumple con las características mínimas requeridas en el PPT: En concreto, no cumple lo siguiente: “el tubo de insuflación de CO2 debe incorporar un sistema de calentamiento del CO2

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por: BEJAR MARTINEZ PALOMA
Fecha: 2025.12.16 13:59