

PAS 233-2025 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE ARMARIOS DE SECADO Y ALMACENAMIENTOS DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE		ÚNICO								
						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)				TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	MODELO REFERENCIA	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Fabricación del armario (estructura exterior y paneles) según AISI 304: SI = 10 Puntos		Bandejas de malla extraíbles en acero inoxidable AISI 304 y conexión única: SI = 20 Puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	ARMARIO DE SECADO Y ALMACENAMIENTO HORIZONTAL PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES	ED 200/1	X			SI	10,00	SI	20,00	30,00
STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACION, S.L.	ARMARIO DE SECADO Y ALMACENAMIENTO HORIZONTAL PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES	ED 200/1	X			SI	10,00	SI	20,00	30,00

Leganés, a 9 de diciembre de 2025

Firmado digitalmente por: POSTLBAUER CORREAS ANNA CRUZ
Fecha: 2025.12.09 15:14

Anna Cruz Postlbauer Correas
SUPERVISORA RECURSOS MATERIALES