

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original



PAS 235-2025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL BLOQUE QUIRURGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO		LAVADORA TERMODESINFECTADORA				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Reconocimiento del rack mediante sistema de imanes en la cámara Si 11 puntos		Compatible con la reprocesamiento de instrumental para robótica Da Vinci Si 10 puntos		Ampliación del plazo cubierto por la garantía del sistema 3 puntos por cada año adicional con um máximo de 3 años adicionales 0 puntos si el plazo de garantía es igual a 2 años como exige el PPT		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	Nº años	PUNTOS	
ANTONIO MATACHANA, S.A.	Lavadora termodesinfectadora	Matachana 94820.3	x			no	0	SI	10	3	9	19
STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES	Lavadora termodesinfectadora	DS 610 /1 G2	x			SI	11	SI	10	3	9	30

Leganés, 9 de diciembre de 2025
SUPERVISORA DE RECURSOS MATERIALES
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: POSTLBAUER CORREAS ANNA CRUZ

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestionia.comunidad.madrid/esv> mediante el siguiente código seguro de verificación: